

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα 23-9-2014

Αρ. Πρωτ. 7466

Τμήμα.....: Οικονομικό
Πληρ.....: Μάντζιου Όλγα
Τηλ.: 2682361310
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση ...: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια **ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

ΣΧΕΤ. Η αριθμ. Πρωτ.ΔΣ/1279/19-09-2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας **ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ** με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως **02/10/2014** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **3.500,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ: ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚ ΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥ ΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Υ
1	Απινιδωτής	100X50X300φ	Nihon Kohden	CARDIOLIF E TEC - 7300 K- 7731K	3	Το χαρτί να είναι τύπου μιλιμετρέ, θερμογραφικό και τύπου z-fold	200TEM
2	Ηλεκτροκαρδιογράφος	110X140X142φ	Nihon Kohden	ECG-9020K	1	Το χαρτί να είναι τύπου λευκό, θερμογραφικό και τύπου z-fold	100TEM
3	Ηλεκτροκαρδιογράφος	110X140X144φ	EDAN (6ΚΑΝΑΛ ΟΣ)		1	Το χαρτί να είναι τύπου μιλιμετρέ, θερμογραφικό και τύπου z-fold	50TEM
4	Ηλεκτροκαρδιογράφος	80mmX20M	EDAN (3ΚΑΝΑΛ ΟΣ)		1	Το χαρτί να είναι μιλιμετρε θερμογραφικό και τύπου roll	50TEM
5	Ηλεκτροκαρδιογράφος	110X140X144	Nihon Kohden	ECG-1250K	1	Το χαρτί να είναι τύπου λευκό, θερμογραφικό και τύπου z-fold	250 TEM
6	Ηλεκτροκαρδιογράφος	110X140X144φ	Nihon Kohden	ECG-9022K	1	Το χαρτί να είναι τύπου λευκό, θερμογραφικό και τύπου z-fold	250TEM

A/A	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
7	Καρδιοτοκογράφος HP	150X100X150	H.P.M191 1A	RECORDER CODE7971	1	Το χαρτί να είναι θερμογραφικό, μιλιμετρέ και τύπου z-fold	20TEM

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
1	Απινιδωτής	Nihon Kohden	Model: TEC-7731K	2	20

a/a	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Σύριγγες TRI-PAK 200CC για εγχυτή Medrad Vistron CT(ΑΞΟΝΙΚΟΥ) να φέρουν καμπυλωτό σωλήνα αναρρόφησης και σωλήνα-σπирάλ χορήγησης , με πιστοποίηση από τον κατασκευαστή του εγχυτή ότι είναι συμβατές με το συγκεκριμένο μοντέλο εγχυτή.	1.000
a/a	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Αυτοκόλλητα (patches) για Monitor	1.800

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ: ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
1	Ηλεκτροκαρδιογράφος	63X75X300φ	Fukuda Denshi	CARDIM AX FX-2111	1	Το χαρτί να είναι θερμογραφικό, μιλιμετρέ και τύπου z-fold	50TEM

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ: ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
1	Ηλεκτροκαρδιογράφος	63X75X300φ	Fukuda Denshi	CARDIMAX FX-2111	2	Το χαρτί να είναι θερμογραφικό, μιλιμετρέ και τύπου z-fold	50TEM

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
1	Ανταλλακτικά για ωτοσκόπια πολλαπλών ή μιας χρήσεως	No 4.2	

Τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να είναι συμβατά με τον υπάρχοντα σε λειτουργία επιστημονικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ