



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα: 12/12/2022

Αρ.Πρωτ.: 13267

ΑΔΑΜ: [22PROC011787939](#)

Διεύθυνση : Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα : Οικονομικό
Πληροφορίες: Παντούλα Χ.
Τηλ.: 2682 3 61311
FAX: 2682 0 24837
E-mail: j.pantoula@prevezahospital.gr
Ταχ. Διεύθ.: Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα

**ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας για «**ΜΑΞΙΛΑΡΙ GEL ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ**», «**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ**» και «**ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ**» με κωδικό CPV:33141000-0, CPV:33123100-9 και CPV:33169000-2 αντίστοιχα.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, έως την **Παρασκευή 16/12/2022** και **έως τις 11 πμ**, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας, συνολικού προϋπολογισμού **2.900,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1311.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (Observe net) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:

Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι εταιρείες οι οποίες δεν θα αναφέρουν στην προσφορά ότι μπορούν να παραδώσουν τα υλικά τους άμεσα και να τιμολογήσουν το αργότερο έως 30/12/2022 θα απορρίπτονται.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΜΑΞΙΛΑΡΙ (GEL ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ)ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 55cm x 15cm x13cmΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ	3 τεμ.				
2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ	5τεμ.				
3	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	1τεμ				
3α.	ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΥ - ΜΗΚΟΣ ΚΑΣΕΤΑΣ: 60mm	1τεμ.				
3β.	ΎΨΟΣ ΚΛΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ - ΧΡΩΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ 3,8mm	1τεμ.				

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το είδος A/A 3. Επαναφορτιζόμενο ενδοσκοπικό ευθύγραμμο εργαλείο διατομής

- Αρθρούμενο σε εύρος από 0 έως 45 μοίρες και με δυνατότητα πλήρους περιστροφής χωρίς περιορισμούς στις μοίρες επιλογής.
- Να μην υπάρχουν προκαθορισμένες γωνίες άρθρωσης.
- Να διαθέτει νέα κοπτική σε κάθε επαναφόρτιση
- Να τοποθετεί δύο τριπλές αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Να έχει ειδική λαβή επιστροφής κοπτικού.
- Να έχει τη δυνατότητα να διαπερνάει τροκάρ 12mm, ανεξαρτήτου κεφαλής με δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι.

Για το είδος A/A 3α & β.

- Κάθε ανταλλακτική κασέτα να διαθέτει νέα κοπτική λεπίδα για ακριβέστερη διατομή και αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης.
- Το εργαλείο πρέπει να επαναφορτώνεται για κάθε επόμενη πυροδότηση .
- Κάθε κασέτα να διαθέτει ένα κλείδωμα για να αποτρέψει την επανατοποθέτηση μιας χρησιμοποιημένης ή λανθασμένα τοποθετημένης κασέτας ή την πυροδότηση του εργαλείου χωρίς κασέτα.

Μήκος στειλεού : MEDIUM – 340mm & 355

Μήκος Κασέτας : 60mm

Ύψος Κλιπ στην Ανοιχτή Θέση – Χρώμα Κασέτας : 3.8mm.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/Υ & ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ