



1 C002666397 2015-03-26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα :Οικονομικό

Πληροφορίες:.. : Αικ.Τσεκούρα

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2156/23-3-2015

ΤΗΛ.:.....2682361309

FAX :..... 2682024837

Ταχ. Δ/ση :.....Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ. : 48100

E-mail : ktsekoura@prevezahospital.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.19/2015**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Καθετήρες cprv33141200-2**

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.).
3. Τις διατάξεις του Ν.2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3204/03 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
5. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
6. Το Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α') "Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις".
7. Το Π.Δ. με αριθμό 60/07 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
8. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α'/2010) « Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη ».
9. Το Ν.3580/07 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν.3867/2010 άρθρο 27, παρ. 11.
11. Το Ν.3863/10 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
12. Το Ν.4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
17. Λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
18. Την υπ' αριθμ.:2162/23-03-2015-2015 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:7ΨΥ2469079-6ΚΧ).
19. Την υπ' αριθμ.Πρωτ.:1950/31-12-2014 Απόφαση Διοικητή σχετικά με τον ορισμό επιτροπής παραλαβής των ειδών
20. Την υπ' αριθμ.Πρωτ.:313/23-03-2015 (ΑΔΑ:ΩΤ72469079-3Ψ8) Απόφαση Διοικητή σχετικά με την έγκριση διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών λόγω του κατεπείγοντος.
21. Την υπ' αριθμ.Πρωτ.:1952/31-12-2014 Απόφαση Διοικητή σχετικά με τον ορισμό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
22. Το υπ' αριθμ.Πρωτ.:2156/23-03-2015 Πρωτογενές αίτημα του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια **Καθετήρες cprv33141200-2**, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας προϋπ/σας δαπάνης **10.389,35€** συμπ/νου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει Στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, την **03- 04-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. και ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών έως τις 10:00π.μ. της ίδιας ημέρας**, βάσει των όρων της γενικής ανακοίνωσης επί διακηρυσσομένων διαγωνισμών του Νοσοκομείου και των πιο κάτω ειδικών όρων της διακήρυξης αυτής, οι οποίοι και κατισχύουν των γενικών, σε περίπτωση ασυμφωνίας των.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται

α) Ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4281/2014. Επίσης, δηλώνει τους φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

β) Ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4281/2014 και τα έγγραφα της σύμβασης.

γ) Ότι, ανάλογα με την περίπτωση, ικανοποιεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 67 παράγραφοι 2 και 3 και 120 του Ν. 4281/2014.

δ) Ότι ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 159, και στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4281/2014 5.

ε) Ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.

στ) Ότι θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωση του.

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με τα άρθρα 70 παρ. 2, 71 παρ. 3, 120 παράγραφοι 4 και 5, 121 παράγραφοι 5 και 6 του Ν. 4281/2014 θα πρέπει να προσκομίζει δηλώσεις των εν λόγω φορέων με το περιεχόμενο των περιπτώσεων α' έως και στ'.

Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α75), χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βέβαια χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συμμετοχής τις οποίες συνοδεύει.

Επίσης στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί η αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς. (με ποινή απόρριψης).

2. Αντικείμενο του διαγωνισμού αυτού είναι η προμήθεια Καθετήρες **cpn33141200-2**

3. Περιγραφή ειδών και ποσότητες αυτών επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

4. Η τιμή θα περιλαμβάνει την ελεύθερη παράδοση των υλικών στον τόπο παράδοσης, όπως αυτή θα ορίζεται στο δελτίο παραγγελίας.

☐ Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

☐ Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι προσφορές να ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες, με αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει με τμηματική παράδοση αναλόγως τις εκάστοτε ανάγκες των τμημάτων του Νοσοκομείου.

7. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται τα ΚΥ ή ΜΥ, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη λίστα και το οποίο θα αναφέρεται στο δελτίο παραγγελίας.

8. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώνουν κάθε σχετικό στοιχείο με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα και δείγματα **(με ποινή απόρριψης)**.

9. Προβλεπόμενη πίστωση **(10.389,35€) με Φ.Π.Α.**

10. Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.

11. Οι προσφορές θα υποβάλλονται χωριστά ως εξής :

☐ Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

☐ Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, θα τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία, με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** εις διπλούν, **με ποινή απόρριψης**.

☐ Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία με την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** εις διπλούν **με ποινή απόρριψης**.

12. Στην αποσφράγιση των φακέλων (δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών), που θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα, δικαιούνται να παρίστανται οι συμμετέχοντες προμηθευτές ή οι εντεταλμένοι εκπρόσωποί τους .

13. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΚΥΑ ΔΥ7/2351/94 και ΔΥ7/2480/94 να φέρουν την σήμανση CE συμμόρφωσης προς αυτές και να προσκομίζονται τα σχετικά

δικαιολογητικά προς απόδειξη αυτών. Ειδικότερα προκειμένου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη 2η ως 4η ΚΥΑ αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της εν λόγω ΚΥΑ και κατά το χρόνο παράδοσης τους στο Νοσοκομείο. Επίσης τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία περιέχουν ηλεκτρικά ή και ηλεκτρονικά μέρη ακόμη και αν προορίζονται για διάγνωση in vitro πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE η οποία να υποδηλώνει συμμόρφωση προς την οδηγία 89/336/ΕΟΚ (περί ηλεκτρονικής συμβατότητας) όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31 ΕΟΚ και 93/68 ΕΟΚ, σύμφωνα και με την ΚΥΑ 94649/8682/93.

1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Α. 1) Η πληρωμή των προμηθευτών για την αμοιβή τους έναντι αγαθών ή και παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της διαδικασίας επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συμφωνημένων και παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για την πληρωμή έγγραφο.

Αν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο του προμηθευτή, η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών άρχεται από της παράδοσης τέτοιου εγγράφου.

2) Τόκος υπερημερίας οφείλεται μόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστέρησης πληρωμής, το δε ύψος αυτού υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη χρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες.

3) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή στο όνομα του δικαιούχου ή επ' ονόματί του μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Β.- Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:

i) Υπέρ Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρακράτηση ποσοστού 2% επί της αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3580/2007.

ii) Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,1% ΕΑΑΔΗΣΥ.

Γ. Παρακράτηση 4% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2198/94.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές.

α) Η σύμβαση θα ισχύει για τέσσερις (4) μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση ισχύος με τους ίδιους όρους εκτέλεσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δύο (2) μήνες σε περίπτωση που δεν αναλωθούν οι ποσότητες της σύμβασης, με μονομερές δικαίωμα του Διοικητή του Γ.Ν.Πρέβεζας κοινοποιούμενης στον Προμηθευτή.

β) Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεδειχθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

γ) Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συμβάσεων του σχετικού διαγωνισμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καθετήρες cpv33141200-2

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV	
1.	Καθετήρες FOGARTY	20 TEM.
2.	Καθετήρες TIEMAN όλα τα νούμερα	500 TEM.
	Α) TIEMAN με κυρτό άκρο 1000τεμ.	
	Β) TIEMAN FOLLEY 250τεμ	
	Γ) TIEMAN NELATON με ευθύ άκρο 250τεμ	

3.	Καθετήρες FOLLEY 2 WAY όλα τα νούμερα	1.000 TEM.
4.	Καθετήρες FOLLEY 3 WAY όλα τα νούμερα ΣΙΛΙΚΟΝΟΤΥΧΟΙ	100 TEM.
5.	Καθετήρες FOLLEY 2 WAY όλα τα νούμερα με ευθύ και κυρτό άκρο από σιλικόνη	500TEM.
6.	Καθετήρες Αιματοουρίας τύπου DUFUR αποστειρωμένος 3way με άκρο dyfour από υδρόφιλη σιλικόνη 100% υδροθάλομο 80ml και μήκος 42cm. 18,20,22,24 ch	15 TEM.
7.	Καθετήρες ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ α) με μπεκ β) χωρίς μπεκ (και βλενών με παγίδα) 12-14-16-18	500 TEM.
8.	Καθετήρες αποκάλυψης φλεβός	10 TEM.
9.	Σετ υπερυβικής παρακέντησης με ενσωματωμένο 2- Way folley καθετήρα μέγεθος 14 & 16 Fr	10TEM.
10.	3 WAY STOP COCK απλά & με πώμα κλειστού τύπου	7.000 TEM.
11.	Καθετήρες Pezzer από LATEX όλα τα νούμερα 28cm 40τεμ και 30cm 40τεμ	20 TEM.
12.	Καθετήρες Χολαγγειογραφίας	5 TEM.
13.	Καθετήρες Levin	500 TEM.
14.	Καθετήρες επίσχεσης ρινορραγίας	5 TEM.
15.	Καθετήρες κισών	5 TEM.
16.	Σύστημα Παρακέντησης θώρακος BILLAW μονού & διπλού θαλάμου	50 TEM. 10 TEM.
17.	Τροκάρ Θώρακος	15
18.	Φλεβοκαθετήρες (όλα τα νούμερα)	10.000 TEM.
19.	Σύστημα παροχέτευσης τραύματος redow N12 100τεμ και N14 200τεμ	100 TEM.
20.	Καθετήρες σφαγιδητικοί και υποκλείδιοι κεντρικής φλέβας (16G 16cm 2 αυλών και 20cm 2 & 3 αυλών)	100 TEM.
21.	Levin σίτισης ενηλίκων N14 20τεμ και N16 20τεμ	20 TEM.
22.	Levin σίτισης νεογνών Νο6 κα Νο 8	25+25 τεμ.
23.	Καθετήρες αναρρόφησης Νεογνών Νο 10	50 τεμ.
24.	Αυτόματο σύστημα βιοψίας προστάτη & trupath 18G, 25CM	5 TEM.
25.	Πώματα για φλεβοκαθετήρες	5000 TEM.

Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δείγματα.
Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.

ΕΙΔΟΣ 1: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOGARTY

- Καθετήρες εμβολεκτομής .Να έχουν σταθερό ή εύκαμπτο άκρο σε μήκη 40,60,80 cm και διάμετρο 2-7F

- Χοληδόχου πόρου

15PROC002666397 2015-03-26

ΕΙΔΟΣ 2: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ NELATON ΚΑΙ TIEMMAN

- Να προσφέρονται από 8-22cm και όλων των διαμετρημάτων.
- Να είναι κατασκευασμένοι από αρκετά σκληρό υλικό για να μην λυγίζουν ή να συμπιέπουν τα τοιχώματα τους.
- Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλομένο ώστε να μην τραυματίζουν και να τοποθετούνται εύκολα.
- Να έχουν ευρείες πλευρικές οπές μπροστά για καλή παροχέτευση.
- Να προσφέρονται με κεκαμένο το πρόσθιο άκρο(TIEMMAN) και ευθείς επίσης (NELATON).

ΕΙΔΟΣ 3: ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ FOLEY 2 WAY

- Να προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων και μηκών.
- Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλακό ώστε να συμπιέπτε κατά την χρήση τους.
- Να φέρουν τουλάχιστον δύο ευρείες οπές στο άκρο τους.
- Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-30cc και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις. Η βαλβίδα δε του υδροθαλάμου να είναι ασφαλής και ελαστική ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του και να δύναται επίσης, το περιεχόμενο του υδροθαλάμου να αφαιρείται ευχερώς.
- Να είναι κατασκευασμένος από 100% Latex και η βαλβίδα από PVC ή Latex.
- Να δύνανται να μένουν στον οργανισμό για τουλάχιστον 1 μήνα.

ΕΙΔΟΣ 4: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 3WAY

- Να προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων και μηκών.
- Να φέρουν ευρύ αυλό.
- Να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο ελαστικό υλικό, ώστε να μην συμπιέπτε ο αυλός τους κατά την αναρρόφηση ή κατά την έγχυση υγρών ή όταν δέχονται εξωτερική πίεση.
- Να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας από 10-50 cc, ανθεκτικό στις πιέσεις κατά την εφαρμογή τους στις ουρολογικές επεμβάσεις, ώστε να μην ρήγνυνται.
- Να φέρουν ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου, ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενό τους και να αφαιρείται τούτο ευχερώς.

ΕΙΔΟΣ 5: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2WAY ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

- Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη και να είναι κατασκευασμένοι 100% από σιλικόνη.
- Να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας από 10-30cc, ο οποίος να αποτελείται από ανθεκτικό υλικό και να είναι ακτινοσκιερός.
- Να φέρουν δύο πλευρικές οπές στο άκρο τους και η απόσταση του άκρου από το έσω όριο του υδροθαλάμου να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 2cm.

ΕΙΔΟΣ 6: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR.

- Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη, όλων των διαμετρημάτων και μηκών.

15PROC002666397-2015-03-26

- Να είναι 3way και να είναι κατασκευασμένοι ή να διαθέτουν μεταλλικό ή πλαστικό σπείραμα εντός του τοιχώματος του καθετήρα.
- Να είναι ακτινοσκοπικοί, να έχουν ευρύ αυλό ώστε να πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα εγχύσεις, αναρροφήσεις και παροχετεύσεις υγρών της ουροδόχου κύστης .
- Το άκρο τους να είναι κεκαμμένο και αμβλύ, ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί.
- Να έχουν ανθεκτικό υδροθάλαμο χωρητικότητας 80 cc με ελαστική και ασφαλή βαλβίδα.

ΕΙΔΟΣ 7: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

- Να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο PVC.
- Να είναι ακτινοσκοπικοί, ατραυματικοί και λείοι με μήκος 50cm.
- Το άκρο τους να είναι ανοικτό, αποστρογγυλεμένο και να φέρει πλάγια οπή.
- Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένοι και να προσφέρονται όλα τα μεγέθη(10-12-14-16-18-21).

ΕΙΔΟΣ 10: 3 WAY STOP COCK απλά & με πώμα κλειστού τύπου

- Να έχουν οδηγό ,φτερά & βαλβίδα έγχυσης φαρμάκων. Η βελόνη να είναι ατραυματική και σιλικοναρισμένη. Να είναι ακτινοδιαπερατοί, αλλά αναγνωρίσιμοι στις ακτίνες Χ. Το υλικό κατασκευής να είναι βιοσυμβατό PTFH & να έχει δυνατότητα παραμονής στη φλέβα 48-72 ώρες.

ΕΙΔΟΣ 11: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ PEZZER

Οι καθετήρες Pezzet να φέρουν ενισχυμένη κεφαλή και με οπές παροχέτευσης μεγάλες.

ΕΙΔΟΣ 12: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

- Να έχουν 40cm διαμέτρου 4F& 6F και 70cm διαμέτρου 4F

ΕΙΔΟΣ 13: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ LEVIN

- Να είναι κατασκευασμένοι από PVC, αποστειρωμένοι, διαφανείς, μιας χρήσεως και μήκους 125cm.
- Να είναι ατραυματικοί κλειστού άκρου και να φέρουν 4 πλάγιες οπές μή
- Να είναι βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5 έως 75 CM.

ΕΙΔΟΣ 15:ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΡΣΩΝ

Καθετήρες συμπίεσης εισοφαγικών κίρσων 3-way ελαστικούς 120cm μήκους και 18-20-21 FR.

ΕΙΔΟΣ 18: ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ

- Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικά επεξεργασμένη πολυουρεθάνη, διαφανή και ακτινοσκοπικά.
- Να είναι βιοσυμβατά, να μαλακώνουν στην θερμοκρασία του σώματος χωρίς να διαστέλλονται όμως.
- Να έχουν λεπτά τοιχώματα ώστε να εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατόν ροή στο μικρότερο μέγεθος βελόνας.
- Να έχουν δυνατότητα παραμονής και πάνω από 48 ώρες.

- Να μειώνουν τον κίνδυνο θρομβοφλεβίτιδος.

15PROC002666397-2015-03-26

- Να φέρουν πτερυγία ή όχι, καθώς και βαλβίδα παλινρόρησης ή όχι.
- Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη (14-16-18-20-22-24-26G) και να έχουν δυνατότητα ροής μέχρι και 300ml/min.
- Η αποστείρωσή τους να είναι να είναι τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4^{1/2} έτη από της παραλαβής.
- Το άκρο της βελόνας να είναι ατραυματικό, σχήματος V ώστε να μειώνεται η αντίσταση στην εισαγωγή και να πονά λιγότερο η φλεβοκέντηση.
- Η συσκευασία να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο αέριο οι συνθήκες αποστείρωσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ