



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση.....: Διοικητικού- Οικονομικού

Τμήμα.....: Οικονομικό

Πληρ.....: Γούση Γ.

Τηλ.....: 2682361310

Φακ.....: 2682024837

Mail: g.gousi@prevezahospital.gr

Πρέβεζα: 15-05-2023

Αρ. Πρωτ.: 5365

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για προμήθεια **Καθετήρων** με κωδικό CPV 33141200-2 του Γ. Ν. Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 5313/12-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια **Καθετήρων** με κωδικό CPV 33141200-2 του Γ. Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά στο email: g.gousi@prevezahospital.gr έως 22/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ, για προμήθεια **Καθετήρων (φλεβοκαθετήρες)** με κωδικό CPV 33141200-2 του Γ. Ν. Πρέβεζας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: καθαρή αξία 480,00€ και 542,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» (ΚΑΕ 1311).

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛ ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1	Φλεβοκαθετήρες Νο24 G με πτερύγια και βαλβίδα μη παλινδρόμησης	400						
2	Φλεβοκαθετήρες Νο26 G με πτερύγια και βαλβίδα μη παλινδρόμησης	100						

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ με πτερύγια και βαλβίδα μη παλινδρόμησης

Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας με βαλβίδα μη παλινδρόμησης και πτερύγια, ο οποίος να διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας με τον οποίο να ασφαλίζει αποτελεσματικά το αιχμηρό άκρο της βελόνης έπειτα από την βλεβοκέντηση, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός του προσωπικού κατά την χρήση του.

Να διατίθεται σε μεγέθη: 24 G και 26 G

Να φέρει πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).

Να είναι ακτινοσκιερός.

Ο χειρισμός του να είναι ίδιος με αυτόν ενός απλού φλεβοκαθετήρα με βαλβίδα, ώστε να μην χρειάζεται επιπλέον εκπαίδευση του χειριστή για τον επιτυχή χειρισμό του.

Να διαθέτει λεπτά τοιχώματα με δυνατότητα υψηλής παροχής έτσι ώστε να μην αυξομειώνεται ή ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.

Ο οδηγός στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να επιτυγχάνει την άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια.

Να διαθέτει βιδωτή σύνδεση (τύπου Luer Lock), για την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων.

Να είναι διαφανής ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.

Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή.

Το υλικό του να είναι από βιοσυμβατό TEFLON (FEP/PTFE) ή πολυουρεθάνη και να μη διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.

Η περιγραφή του προϊόντος να αναγράφεται στην κάθε μοναδιαία συσκευασία και στην ελληνική γλώσσα.

Για τα προσφερόμενα είδη να κατατεθούν δείγματα με ποινή απόρριψης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ