



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Πρέβεζα: 22/11/2023

Αρ. Πρωτ:12637

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Διεύθυνση.....:Διοικητικού- Οικονομικού

Τμήμα.....:Οικονομικό

Πληρ.....:Καρίπογλου Σ.

Τηλ.....:2682361310

Διεύθ.....:Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

Email.....:s.karipoglou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την προμήθεια «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 12580/20-11-2023 Αίτημα/Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για τις ανάγκες του ΓΝ Πρέβεζας με **CPV 33141000-0 ,ΚΑΕ1311** συνολικής καθαρής αξίας **14.753,19€** και **18.293,96€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών έως **29/11/2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 11.00 π.μ., για την προμήθεια ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για τις ανάγκες του ΓΝ Πρέβεζας με **CPV 33141000-0 ,ΚΑΕ1311**, συνολικής καθαρής αξίας **14.753,19€** και **18.293,96€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Δικαιολογητικά συμμετοχής

- 1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- 2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει **από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ)**, αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- 3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- Φυσικά πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Διαχειριστές ΙΚΕ
- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
- Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

1. **Για την καταβολή φόρων**, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. **Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
3. **Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,**
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)

- Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.**
- για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18 παρ 2 ν.4412/16.**
- Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ24%	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	1800				
2	ΑΣΚΟΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ AMBU ΝΕΟΓΝΩΝ (ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ)	2				
3	ΑΣΚΟΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ AMBU ΠΑΙΔΩΝ (ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ)	4				
3	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ) ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 Μ	1000				
4	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΩΝ	100				
5	ΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ Μ.Χ	1200				
6	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ	600				

7	ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ SMALL - MEDIUM. ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ, ΑΠΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ), ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΖΟΥΝ, ΑΝΑ ΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ					
8	MEDIUM	400				
9	ΚΟΛΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	50				
10	ΛΑΒΙΔΙΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ NO 4 MM	10				
11	ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟ & ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟ (ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΜΕ 2 CUFF)	3				
12	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ	10000				
13	ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ(ΚΡΑΓΙΟΝ)	3				
14	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ Μ.Χ	500				
15	ΟΞΥΖΕΝΕ 240 ML	115				
16	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE	1500				
17	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM	250				
18	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ -ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ PORT -Α- CATH 20G	50				
19	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ	7000				

20	ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ 6-17-17 ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧ. AIRVO 2	10				
21	ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ (SMALL) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗ(AIRVO 2)	5				
22	ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ (MEDIUM) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗ(AIRVO 2)	5				
23	ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ (LARGE) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗ(AIRVO 2)	5				
24	ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΡΙΜΑΤΩΝ Μ.Χ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ 2 L ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΜΕΝΗ ΚΑΨΟΥΛΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΚΑΠΑΚΙ	300				
25	ΣΕΤ ΚΟΠΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	4				
26	ΣΕΤ ΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ	10				
27	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ AYRES ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ	500				
28	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΟΝΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ (ΒΑΡΕΛΑΚΙ)	2000				
29	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ OPTIMA VLST 10	200				

30	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ STERI – STRIP) 12MMX100MM	100				
31	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ STERI – STRIP) 3MMX75MM	50				
32	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ STERI – STRIP) 6MMX100MM	50				
33	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ STERI – STRIP) 6MMX75MM	100				
34	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ Μ.Χ ΚΛΙΝΩΝ 60X90	2000				
35	ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΝΑΙΛΟΝ	1600				
36	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ	5000				
37	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ)	4				

ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Η τιμολόγηση και η παράδοση θα πρέπει να γίνει αυστηρά έως τις 27/12/2023.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το είδος α/α 1 Αντιμικροβιακοί τάπητες χειρουργείου

- Να είναι αυτοκόλλητοι σε όλη την επιφάνεια του τελευταίου φύλλου.
- Να έχει αποδεδειγμένη αντιμικροβιακή δράση από επίσημη αρχή.
- Διαστάσεων περίπου 115 χ 45 cm.
- Να έχουν λεία επιφάνεια.

Για το είδος με α/α 3 Γυαλάκια οξυγόνου (ρινικές κάνουλες) με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 2 m

Να είναι κατασκευασμένα από άριστο, μαλακό, ατοξικό υλικό. Να διατηρούνται στη θέση τοποθέτησής τους για να μην υπάρχουν απώλειες. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο, να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου. Να είναι ειδικά σχεδιασμένα για την άνεση του ασθενή, καθιστώντας τον ικανό, να τρώει, να μιλά και να κοιμάται με άνεση. Το σημείο σύνδεσης με την παροχή του οξυγόνου να είναι από κατάλληλο υλικό, έτσι ώστε κατά τη σύνδεση να είναι εύχρηστο και να μην υπάρχουν απώλειες. Να είναι μιας χρήσεως και έχουν σωλήνα μήκους 2 m. Τα επιρρίνια να είναι από μαλακό υλικό, α-τραυματικά, με σχετικά μικρό αυλό και προσαρμόζονται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς.

Για το είδος α/α 4 Θερμόμετρα ηλεκτρονικά και μπαταρίες αυτών

1. Να είναι πιστοποιημένα για ιατρική νοσοκομειακή χρήση.
2. Να είναι κατασκευασμένα για την μέτρηση θερμοκρασιών του ανθρώπινου σώματος.
3. Να μην είναι υδραργυρικά..

Για τα είδη με α/α 5 Θήκες στρωμάτων αδιάβροχες μ.χ

Στρωματοθήκη μιας χρήσης μπλε με λάστιχο, να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό φύλλ και να είναι κατάλληλη για κρεβάτια έως και 100 x 210 cm

Για το είδος με α/α 6 Ισοθερμική κουβέρτα για όλο το σώμα

Ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, 2.10 x 1.60cm. Με μεταλλική ισχυρή και αδιάβροχη μεμβράνη από πολυεστέρα. Κατάλληλο για προστασία από το κρύο, τη ζέστη, τη βροχή και τον άνεμο. Το ασημί εσωτερικό διατηρεί τη θερμότητα του σώματος. Το χρυσό εξωτερικό αντανakλά τις ακτίνες του ήλιου.

Για τα είδη με α/α 9 Κόλλες σύγκλισης τραυμάτων δέρματος

- Να έχουν μικροπορώδη κατασκευή.
- Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
- Υλικό κατασκευής μη υφασμένο ραιγιον.
- Να φέρουν ενισχυτικές ίνες για μεγαλύτερη αντοχή.
- Να έχουν υποαλλεργική κόλλα
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης σε κάθε ατομική συσκευασία.
- Κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφει τις διαστάσεις του προϊόντος και να είναι διάφανη για εύκολη αναγνώρισή του.
- Το προϊόν να φέρει σήμανση CE.

Για το είδος α/α 10 Λαβίδες βιοψίας δέρματος Νο 4 mm

- • Να είναι υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας.
- • Να είναι άμεσα διαθέσιμα και να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης
- • Να είναι αποστειρωμένα και έτοιμα προς χρήση
- • Να είναι υλικά μίας και μόνο χρήσεως
- • Να αποτελούνται από ενιαίο, ανοξείδωτο και αιχμηρό άκρο για την ασφαλή, όσον το δυνατόν λιγότερο τραυματική, ταχύτατη και τεχνικά άρτια αφαίρεση του δερματικού ιστού, με σκοπό την άθικτη διατήρηση του ιστολογικού παρασκευάσματος.
- • Να διατίθεται σε συσκευασίες με ποικίλες διαμέτρους του χειρουργικού άκρου και πιο συγκεκριμένα, οπωσδήποτε 4 χιλιοστά και επιπλέον, κατά προτίμηση και 3 ½ χιλιοστά.
- • Η λαβή τους να αποτελείται από κατάλληλα διαμορφωμένες πλευρές και γωνίες και από το κατάλληλο υλικό προς την επίτευξη συνεχούς και αποτελεσματικού ελέγχου κατά τους επεμβατικούς χειρισμούς.

Για το είδος με α/α 12 Νεφροειδή χάρτινα

Νεφροειδές μιας χρήσης από πεπιεσμένο χαρτί. Διαστάσεις: 252 x 140 x 40mm. Όγκος 700ml

Για το είδος με α/α 14 Ξυριστικές μηχανές Ιατρικές διπλής κοπής μ.χ

Να είναι άριστης ποιότητας από Α΄ ποιότητας υλικό κατασκευής ,μεγάλης αντοχής και μεγάλο μέγεθος , μονής και μ.χ (από τη μία πλευρά κοπής να υπάρχουν 2 λάμες – ξυραφάκια)

Για το είδος με α/α 15 ΟΞΥΖΕΝΕ 240 ML

Να περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) 3,1%. Για εξωτερική χρήση.

Για τα είδη με α/α 16-17 Πάνες ακράτειας ενηλίκων large- medium

- Αοσμο
- Εξαιρετικά απορροφητικός πυρήνας
- Υποαλλεργικό ύφασμα

- Πλαϊνά αυτοκόλλητα που να μπορούν να επανακολληθούν
- Με ένδειξη υγρασίας για αλλαγή
- Ελαστικά πλαϊνά για αποφυγή διαρροής
- Η ένδειξη υγρασίας επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση

Για το είδος με α/α 18 πεταλούδες -βελόνες για port -a- cath 20G

Βελόνες γωνιακές κεκαμμένες 90 μοιρών τύπου Huber για χρήση σε εμφυτεύσιμα port. Να φέρουν προέκταση πολυουρεθάνης (αδρανές υλικό στη χημειοθεραπεία) μήκους 30εκ με άκρο luer-lock, δύο διακόπτες ροής (σφιγκτήρες) και επιπλέον μία είσοδο εγχύσεων με αντιμικροβιακό συνδετικό (πώμα autoflush) που αποτρέπει ανάστροφη ροή αίματος και απόφραξη του καθετήρα με θετική πίεση, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης στα 350psi (24bar). Να προσφερθούν σε μεγέθη:

- α) 19G μήκους 15mm, 20mm, 25mm και 30mm
 - β) 20G κίτρινο hub, μήκους 15mm, 20mm, 25mm και 30mm
 - γ) 22G μαύρο hub, μήκους 15mm, 20mm, 25mm και 30mm
- Να είναι LATEX-free & DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένες.

Για το είδος με α/α 19 Ποτηράκια καλλιέργειας ουρών

Ποτηράκια Καλλιέργειας Ούρων Urine Cup 120ml. Αποστειρωμένα ανά ένα με κόκκινο καπάκι.

Για το είδος με α/α 20 ρινικοί καθετήρες υψηλής ροής ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ 6-17-17 συμβατά με τα μηχ. AIRVO 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ

- Για παροχή O₂ από 21% έως και 100%
- Να είναι συμβατό με Συσκευή Παροχής Αναπνευστικής Υποστήριξης Υψηλής Ροής AIRVO 2
- Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη για ενηλίκους
- Να είναι αποστειρωμένα με δυνατότητα να υποστηρίζουν ροή από 2 L/min έως 60

Για τα είδη με α/α 21-23 Ρινικά γυαλάκια (large)-(medium)-(small) για παροχή υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη ύγρανση(AIRVO 2)

Να μειώνει τον σχηματισμό συμπυκνωμάτων, να προσαρμόζεται σε όλα τα κυκλώματα F&P. Ο προσαρμοστικός ιμάντας να παρέχει μια σταθερή τοποθέτηση. Το κλιπ του ιμάντα κεφαλής να καταργεί την ανάγκη για κορδόνι. Τα μαλακά επιθέματα να προσδίδουν σταθερότητα και μειώνουν την πίεση στο πρόσωπο. Μαλακές διακλαδώσεις για ομαλή προσαρμογή.

Για τα είδη με α/α 24 ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ M.X ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ 2 L

- Το σύστημα αναρρόφησης συλλογής εκκριμάτων να καλύπτει όλες τις ανάγκες στον νοσοκομειακό χώρο
- να έχει δυνατότητα συλλογής εκκριμάτων για 2 lt
- να έχει διαφορετικές διαμέτρους εισόδων σύνδεσης κενού- ασθενούς , ώστε να μην είναι δυνατόν να γίνει λάθος σύνδεση.
- να συνοδεύεται από αντιμικροβιακή βαλβίδα και υδρόφοβο φίλτρο για την πλήρη προστασία του κυκλώματος κενού από υπερχείλιση μικρόβια
- να διαθέτει αντιμικροβιακές εξωτερικές επιφάνειες για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσης με αντιμικροβιακή ουσία βασισμένη στον αργυρό.
- να συνοδεύτε από χειρολαβή μεταφοράς για την ασφαλή απομάκρυνση του
- να είναι κατασκευασμένος – ελεύθερος από υλικά pvc – μόνο από διοξείδιο του άνθρακα και νερό για την αποφυγή αναφλέξεων
- να διαθέτει ενσωματωμένη κάψουλα με σκόνη για την άμεση στερεοποίηση των μολυσματικών υγρών.
- οι σάκοι συλλογής να είναι βαθμονομημένοι ανά 100 ml
- να παραχωρηθούν δωρεάν αντίστοιχα κάνιστρα και βάσης στήριξης
- να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση και επαλήθευση των ανωτέρω προδιαγραφών.

Για το είδος με α/α 25 ΣΕΤ ΚΟΠΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πλήρως αποστειρωμένο σετ αφαίρεσης ραμμάτων με όλα τα απαραίτητα συστατικά για την κοπή και αφαίρεση ραμμάτων.

Περιεχόμενα σετ

- Αποστειρωμένα γάντια
- αποστειρωμένες γάζες
- πλαστική ανατομική λαβίδα μ.χ
- 1 λεπίδα κοπής
- Αποσυρραπτικό
- Σακούλα απορριμμάτων

Για το είδος με α/α 26 ΣΕΤ ΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ.

έτοιμο προς χρήση αποστειρωμένο σετ εργαλείων

Περιεχόμενα σετ

- Αποστειρωμένα γάντια
- Χειρουργικό πεδίο με οπή
- Αποστειρωμένες γάζες
- Βελονοκάτοχο
- Ανατομική λαβίδα
- Χειρουργική λαβίδα
- Ψαλίδι • Σακούλα απορριμμάτων

Για το είδος με α/α 28 Συσκευές μικροσταγόνων μονής ροής με ρυθμιστή ροής (βαρελάκι)

Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης ορού, με ρυθμιστή ακριβείας τύπου βαρελάκι. Ρύγχος διάτρησης λείας επιφάνειας και αιχμηρό άκρο με σκληρότητα και κωνικότητα και να διαθέτει ενσωματωμένο αεραγωγό με μικροβιοκρατές φίλτρο προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του υγρού. Δύο πλαστικά πτερύγια (μεταξύ σταγονοθαλάμου και ρύγχους) για εύκολη τοποθέτηση Ρυθμιστή ροής τύπου Adelberg με τη δυνατότητα σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής. Ο όγκος ροής των διαλυμάτων είναι 10 – 250ml / hr (60 σταγόνες, μεταφερόμενος όγκος $1g \pm 0,1g$ / λεπτό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20oC)

Για τα είδη με α/α 30-33 Ταινίες σύγκλισης τραυμάτων (τύπου Steri – Strip) 12mmx100mm , 3mmx75mm, 6mmx100mm και 6mmx75mm

- Να έχουν μικροπορώδη κατασκευή.
- Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
- Υλικό κατασκευής μη υφασμένο ραιγιον.
- Να φέρουν ενισχυτικές ίνες για μεγαλύτερη αντοχή.
- Να έχουν υποαλλεργική κόλλα
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης σε κάθε ατομική συσκευασία.
- Κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφει τις διαστάσεις του προϊόντος και να είναι διάφανη για εύκολη αναγνώρισή του.
- Το προϊόν να φέρει σήμανση CE.

Για το είδος με α/α 34 Υποσένδονα μ.χ κλινών 60X90

Με 5 στρώματα προστασίας για μεγαλύτερη απορροφητικότητα, κατάλληλα για ακράτεια και μετεγχειρητική χρήση. Να έχει απορροφητικό πυρήνα για αποτελεσματική προστασία από υγρά. Η μπροστά επιφάνεια να είναι καπιτονέ για αποτελεσματική διάχυση των υγρών και το πίσω κάλλυμα να είναι αδιάβροχο και να μην γλιστράει. Κατάλληλο για απευθείας υποσέντονο ακράτειας ούρων ή/και κοπράνων. Κατάλληλο ως συμπληρωματική προστασία της κλίνης ενώ γίνεται χρήση και άλλων προϊόντων σώματος. Διαστάσεις 60 x 90 cm.

Για το είδος με α/α 35 Χαρτοσέντονο σε ρολό για εξεταστικό κρεβάτι με επένδυση νάιλον
ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 90X50

Για το είδος α/α 36 Επιθέματα σταθεροποίησης φλέβας

Επιθέματα αυτοκόλλητα ,υποαλλεργικά, αποστειρωμένα, για την συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα από μη υφασμένο υλικό (non woven), να μην κολλά στο σημείο καθετηριασμού. Να διαθέτει ειδική σχισμή για την υποδοχή και συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα. Να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να

παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί. Διάσταση 6cm x 8 cm. Επίθεμα αυτοκόλλητο αποστειρωμένο για στερέωση βελόνης. Να αποτελείται από απαλό μη υφασμένο υλικό φλιν και πυρήνα ειδικής επίστρωσης που δεν προσφύεται στο τραύμα. Να φέρει επιπλέον ξεχωριστό κάλυμμα ως προστασία για τα σημεία πίεσης του φλεβικού παραμένοντα σωληνίσκου. Να χρησιμοποιείται για την αποστειρωμένη περιποίηση του τραύματος, σε σημεία του σώματος όπου τοποθετήθηκε βελόνη και την ταυτόχρονη στερέωση του φλεβικού παραμένοντα σωληνίσκου. Να είναι διαθέσιμο σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.

Για το είδος με α/α 37 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ)

Διαστάσεις: 145x80x40mm

Εύρος θερμοκρασίας μέτρησης: 32.0°C ~ 43.0°C (90 ~ 109°F)

Λειτουργία σε περιβάλλον: 16°C ~ 40°C (61 ~ 104°F)

Διαβάθμιση ανά: 0.1°C

Χρόνος απόκρισης: 0.5s

Απόσταση μέτρησης: 5~8cm

Λειτουργεί με μπαταρίες.

Υποστήριξη εναλλαγής Fahrenheit και Celsius.

Απομνημόνευση των τελευταίων 34 μετρήσεων.

Φωτισμός τριών χρωμάτων (κάτω από 37.5 ° C εμφάνιση πράσινου, 37.5 ~ 38 ° C εμφάνιση πορτοκαλί, πάνω από 38 ° C, εμφάνιση κόκκινου).

Ακρίβεια της θερμοκρασίας μέτρησης χωρίς επαφή.

Γρήγορη ανάγνωση της θερμοκρασίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ