



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑΜ:

Πρέβεζα: 23-11-2023

Αρ.Πρωτ.:12730

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Γούση Γ.
Τηλ.: 2682 3 61310
E-mail: g.gousi@prevezahospital.gr
Ταχ. Διεύθ.: Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα

**ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υλικών Αποστείρωσης (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης) με CPV 33198200-6 προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ **20.500,00€** για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας για ένα έτος.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, έως την ΠΕΜΠΤΗ **30/11/2023** και έως **τις 11:00 πμ**, σε κλειστό φάκελο, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού **20.500,00€** για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας για ένα έτος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1311.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A)

- 1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- 2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει **από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ)**, αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- 3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

B) **απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.** Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- Φυσικά πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Διαχειριστές ΙΚΕ
- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
- Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)

1. **Για την καταβολή φόρων**, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. **Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
3. **Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,**

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)

1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.**
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.**
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Χημικοί δείκτες αποστείρωσης για κλίβανο Plasma STERRAD NX	3100
2	Ρολό αποστείρωσης Sterrad 75mm X70 mm για κλίβανο Plasma STERRAD NX	3
3	Ρολό αποστείρωσης Sterrad 100mm X70 mm για κλίβανο Plasma STERRAD NX	3
4	Ρολό αποστείρωσης Sterrad 150mm X70 mm για κλίβανο Plasma STERRAD NX	3
5	Ρολό αποστείρωσης Sterrad 200mm X70 mm για κλίβανο Plasma STERRAD NX	3
6	Ρολό αποστείρωσης Sterrad 250mm X70 mm για κλίβανο Plasma STERRAD NX	2
7	Ρολό αποστείρωσης Sterrad 350mm X70 mm για κλίβανο Plasma STERRAD NX	2
8	Ρολό αποστείρωσης Sterrad 400mm X70 mm για κλίβανο Plasma STERRAD NX	1
9	Κασέτα αποστείρωσης Sterrad NX για κλίβανο Plasma STERRAD NX	40
10	Βιολογικοί δείκτες για κλίβανο ατμού GETINGE ταχείας ερμηνείας εντός τριών ωρών. Οι Βιολογικοί δείκτες θα συνοδεύονται με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ CE MARK.	400
11	Βιολογικός Δείκτης Αποστείρωσης για κλίβανο Plasma STERRAD NX. Οι Βιολογικοί δείκτες θα συνοδεύονται με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ CE MARK.	200
12	Ταινία Ένδειξης Αποστείρωσης για κλίβανο Plasma STERRAD NX	10
13	Τεστ κλιβάνου για κλίβανο ατμού GETINGE (TEST PACK-DICK TEST)	300
14	Θήκες αποστείρωσης ατμού 130x260,	9900
	Θήκες αποστείρωσης ,ατμού 150x300,	29500
	Θήκες αποστείρωσης ατμού 200x350,	13800
	Θήκες αποστείρωσης ατμού 90x260,	8800
	Θήκες αποστείρωσης ατμού 130x280,	8900
	Θήκες αποστείρωσης ατμού 250x430	15200
15	A. Ρολά αποστείρωσης ατμού 7,5cm x 200 m	3
	B. Ρολά αποστείρωσης ατμού 10cm x 200 m	2
	Γ. Ρολά αποστείρωσης ατμού 15cm x 200 m	3
	Δ. Ρολά αποστείρωσης ατμού 25cm x 200 m	3
	E. Ρολά αποστείρωσης ατμού 40cm x 200 m	3
16	Χαρτί περιτυλίγματος για αποστείρωση (120X120) μπλε χρώμα	10640
17	Χαρτί περιτυλίγματος για αποστείρωση (50X50) μπλε χρώμα	11310
18	Δείκτες ξηρής αποστείρωσης (ξηρός κλίβανος)	10000
19	Ταινίες ατμού	2500

(A/A 2-8): ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ Plasma STERRAD NX ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

1. Να είναι από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK (συνθετικές ίνες πολυοφελίνης) υψηλής ποιότητας για αποτελεσματικό φράγμα κατά των μικροβίων. Η άλλη όψη να είναι από διαφανές φιλμ πολυαιθυλένιοπολυεστέρα.
2. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού, ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες-εργαλεία) χωρίς να χρειασθεί να αναποδογυριστεί το πακέτο.
3. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να βρίσκονται στην περιοχή συγκόλλησης ώστε να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και σε κενό, έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη.
4. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη.
5. Τα ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στη συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από τη συσκευασία.

6. Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος του ρολού, δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-μεμβράνη), αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι), ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού.
7. Η συσκευασία των ρολών να είναι τέτοια που να επιτρέπει την προστασία και την ασφάλεια του υλικού κατά την μεταφορά του και αποθήκευσή του.
8. Να αναγράφεται στη συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού, καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad.
9. Να κατατεθούν prospectus, όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία και οι κωδικοί των προσφερομένων υλικών.
10. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος.
11. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές.
12. Πιστοποίηση της εταιρίας για διάρκεια ίση ή άνω του ενός έτους.
13. Το αποστειρωμένο υλικό να έχει διάρκεια αποστείρωσης ενός έτους.

α/α 9) Είδος (Κασέτες Αποστείρωσης): απαιτείται η λήξη να είναι τουλάχιστον μετά από δύο έτη από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

α/α 15) Ρολό αποστείρωσης για κλίβανο ατμού: Να είναι σύμφωνοι με τα ακόλουθα ΠΡΟΤΥΠΑ: ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ C 93/42, ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ CLASS I, ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ DIN 58953 ΚΑΙ BS 6871 ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN868 1—3-5. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Να είναι κατάλληλοι για κλιβάνους ατμού (να διαθέτουν 2 διαφορετικούς δείκτες). Να είναι μη ανακυκλωμένα και μη τοξικά. Να αποτελούνται από ιατρικό KRAFT Χαρτί και από πλαστικό φιλμ (πολυεστέρα/ πολυπροπελάνης). Το χαρτί να ανθίσταται στην υγρασία ώστε να πετυχαίνει υψηλά επίπεδα προστασίας ενάντια στα βακτήρια. Το πλαίσιο των δεικτών να βρίσκεται εκτός της περιοχής στην οποία τοποθετούνται τα υλικά προς αποστείρωση. Η ένωση της ραφής των δυο πλευρών να είναι κατά μήκος, συνεχής και ομοιόμορφη. Η συσκευασία του υλικού να είναι διπλή (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά). Σε κάθε ρολό να υπάρχει τυπωμένο το LOT NUMBER, για άμεσο εντοπισμό συγκεκριμένων παρτίδων καθώς και η ημερομηνία παραγωγής.

α/α 16-17) ΜΠΑΕ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ: Πολύ μαλακό να έχει συμπεριφορά υφάσματος, από ισχυρές συνθετικές ίνες κατάλληλο για ιδιαίτερα βαριά χρήση (συσκευασία βαρέων αντικειμένων) και ως χειρουργικό πεδίο, ελεύθερο μηχανικής μνήμης - κατάλληλο για ατμό, αέριο και φορμαλδεΐδη.

Να διαθέτει μεγάλη ανθεκτικότητα και να μην σκίζεται.

Να έχει υψηλό βαθμό υγρασπωθητικότητα, ισχυρή αντίσταση στα υγρά και στις αλκοόλες και ισχυρό φράγμα κατά των βακτηριδίων.

Να επιτρέπει την είσοδο ατμού, οξειδίου τού αιθυλενίου και ακτινοβολίας γ' και επίσης να γίνεται έξοδος αέρος. Να είναι μεγάλης αντοχής και αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις τού κλιβάνου ατμού.

Να είναι υποαλλεργικό, μη τοξικό και ελεύθερο μηχανικής μνήμης.

Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές - σύμφωνα με το ISO 11607-1 EN 868- και διαθέτει CE.

Ελάχιστος χρόνος διατήρησης της αποστείρωσης: 6 μήνες.

Να διατίθεται σε διπλή ανθεκτική συσκευασία (νάιλον εσωτερικά –χαρτί εξωτερικά). Στην εξωτερική τους συσκευασία να αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες σύμφωνα με τα πρότυπα ενδείξεις.

Διαστάσεις:

A) Διάσταση: 50cm X 50cm, Συσκευασία: 500 τμχ/κουτί

B) Διάσταση: 120cm X 120cm, Συσκευασία: 125 τμχ/κουτί

Η κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες, είναι υποχρεωτική για όλα τα είδη και η μη προσκόμισή τους, αποτελεί λόγο απόρριψης και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν4412/2016.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή με ΦΠΑ	Κωδικός – Τιμή Παρατηρητηρίου Τιμών
ΣΥΝΟΛΑ								

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ