



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα :20-10-2016

Αρ. Πρωτ.8071

Τμήμα.....: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ.....: Τσεκούρα Αικατερίνη
Τηλ.: 2682361310
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση ...: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «Χειρουργικών ειδών».

ΣΧΕΤ.:

1. Η αριθ.Πρωτ.:ΔΣ/942/19-10-2016 και ΑΔΑ:7ΨΧ0469079-6ΓΤ απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας Χειρουργικών ειδών για την κάλυψη των άμεσων αναγκών λειτουργίας του χειρουργείου του Γ. Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
2. Το αρ.πρωτ.:8014/19-10-2014 πρωτογενή αίτημα του Γ.Ν.Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 31-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Πρέβεζας για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Χειρουργείου του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

1) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΠΛΟΣ ΚΑΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30 CM ΠΛΑΤΟΣΧ50 CM ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ. 2ΤΕΜΑΧΙΑ.

1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή αντοχή σε απολυμαντικά υγρά.
2. Ο κάδος να έχει χωρητικότητα 10lt περίπου.
3. Να έχει λαβή για μεταφορά και η επιφάνεια του υλικού είναι να λεία χωρίς γωνίες, σχισμές ή κρύπτες για καλύτερο καθαρισμό-απολύμανση.



2) ΣΤΑΤΩ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΑΖΩΝ. 1 ΤΕΜΑΧΙΟ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Στατώ από ανοξείδωτο χάλυβα ή ατσάλι υψηλής αντοχής και ποιότητας, κατάλληλο για την καταμέτρηση γαζών.
2. Να είναι τροχήλατο, σχήματος «Π» με γάντζους σε οριζόντια διάταξη για την τοποθέτηση των σετ γαζών. Η κάθε οριζόντια γραμμή να φέρει περίπου 10 γάντζους και το διάστημα των οριζοντίων γραμμών να είναι 15 περίπου εκατοστά
3. Με δύο (2) κολώνες στήριξης. Να κινείται με 4 τροχούς (οι δυο με φρένο).
4. Να φέρει πενήντα (50) περίπου άγκιστρα για τη στήριξη γαζών για καταμέτρηση μετά το πέρας της επέμβασης.
5. Στο κάτω μέρος να φέρει βάση για την πτώση υγρών.
6. Διαστάσεις: 600 x 400 x 1000mm (ΜxΒxΥ) **περίπου**.
7. Να κινείται με 4 τροχούς.

3) ΚΑΨΑΚΙΑ (ΜΠΩΛ) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12 και 15cm. 10 ΤΕΜΑΧΙΑ



4) Κυτίο Αποστείρωσης Εργαλείων με καπάκι και φίλτρο πολλαπλών χρήσεων, αντίστοιχων των κυτίων.

Διαστάσεων 600x300x 200 mm περίπου το μεγάλο κυτίο αποστείρωσης. Σύνολο 1 TEMAXIO

Διαστάσεων 300 x 300 x 200 mm περίπου το τετράγωνο κουτί αποστείρωσης. Σύνολο 1 TEMAXIO



- Τα προσφερόμενα κυτία αποστείρωσης χειρουργικών εργαλείων να είναι κατασκευασμένα από ειδικό ανοξείδωτο αλουμίνιο.
- Να είναι ελαφριά, υψηλής ανθεκτικότητας με καλή αγωγή θερμότητας, να είναι εργονομικά σχεδιασμένα, με λεία τοιχώματα, χωρίς συγκολλήσεις και αιχμηρά σημεία.
- Να φέρουν ανατομικές χειρολαβές, ανασυρόμενες και ανακλεινόμενες.
- Να τοποθετούνται σταθερά το ένα πάνω στο άλλο, για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευσή τους.
- Να διαθέτουν δύο εξωτερικές θήκες για ετικέτες: α) μια πληροφοριών της διαδικασίας αποστείρωσης και β) μια για αναγνώριση των σετ οι οποίες να είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο με δυνατότητα επιλογής χρωμάτων, ανάλογα με την κάθε ειδικότητα.
- Να διαθέτουν εξωτερικές ενδείξεις οι οποίες επιβεβαιώνουν την διαδικασία αποστείρωσης καθώς επίσης και θερμοευαίσθητο κλείστρο ασφαλείας για την ασφάλεια ότι το κουτί μετά την αποστείρωση δεν έχει ανοιχτεί, χωρίς δυνατότητα μηχανικής παρέμβασης από το χρήστη.
- Να διαθέτουν εξωτερικό καπάκι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο αλουμίνιο ανθεκτικό και άκαμπτο ώστε να μην λυγίζει από το βάρος των εργαλείων κατά την τοποθέτησή του ενός κουτιού πάνω στο άλλο και για να παρέχει προστασία έναντι των μηχανικών καταπονήσεων.
- Το καπάκι εσωτερικά να φέρει φλάντζα σιλικόνης ώστε να κλείνει με απόλυτη ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ασηψία και προστασία των εργαλείων.
- Να δέχονται φίλτρα μίας **και πολλαπλών χρήσεων**, για να μπορεί να γίνει επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες της αποστείρωσης. Να είναι ανθεκτικά και να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Να υπάρχει μεγάλη γκάμα χρωμάτων για τα καπάκια, ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός των set κατά ειδικότητα στις οποίες και ανήκουν.
- Να δέχονται βάσεις σιλικόνης.
- Να δέχονται σχάρες εργαλείων οι οποίες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, να είναι ανθεκτικές και χωρίς συγκολλήσεις. Οι σχάρες να είναι κατασκευασμένες από πυκνό πλέγμα.
- Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού του κουτιού στο χέρι ή στο πλυντήριο, με χλώριο ή αντισηπτικά.
- Να φέρουν πιστοποίηση CE MARK και να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα για τον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

5) ΚΑΛΑΘΙ-ΣΧΑΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ.

1. **Οι σχάρες εργαλείων** πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, να είναι ανθεκτικές, χωρίς συγκολλήσεις και να είναι κατασκευασμένες από πυκνό πλέγμα.
2. Οι διαστάσεις να είναι αντίστοιχες των ανωτέρω κυτίων αποστείρωσης.



ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΗ:

1)ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ.

2)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ:

α) ΝΑ ΜΗ ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ.

β)ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ