



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα:14/09/2018
Αρ.Πρωτ.: 8380/17-09-2018

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας μασκών μη επεμβατικού αερισμού πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά λόγω του κατεπείγοντος έως την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-09-2018 σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ**, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.120,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	Περιγραφή Είδους	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ	ΚΩΔ/ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤ.	Τιμή Μον.	ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
1	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ(NIV) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ Newport e 360 Small	2					
2	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ(NIV) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ Newport e 360 Medium	2					
3	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ(NIV) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ Newport e 360 Large	2					

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

- 1. Να είναι στοματορινικές (καλύπτουν στόμα και μύτη)**
- 2. Να υπάρχει δυνατότητα αποστείρωσης και επαναχρησιμοποίησης.
(Πολλαπλών χρήσεων για διαφορετικούς ασθενείς)**
- 3. Να είναι ιδανική για χρήση σε μη επεμβατικό εξαερισμό (NIV).**
- 4. Να είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο.**
- 5. Να είναι διαφανής σε όλη την επιφάνεια ώστε να εξασφαλίζει την άνεση ακόμα και σε κλειστοφοβικούς ασθενείς.**
- 6. Η περίμετρος της μάσκας να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη (μαξιλαράκι επαφής με το δέρμα).**
- 7. Να έχει ανατομικό σχήμα το οποίο να παρέχει γρήγορη στεγανοποίηση στην περίμετρο του προσώπου.**
- 8. Να φέρει συνδετικό 22mm με βαλβίδα αντιασφυξίας.**
- 9. Να διαθέτει ιμάντες στήριξης με ειδικά κλιπ για γρήγορη και εύκολη στήριξη στην κεφαλή.**
- 10. Να είναι ελεύθερη latex.**
- 11. Να φέρει βαλβίδα εκπνοής.**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ