



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 03/10/2019
Αρ.Πρωτ.: 10240

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail : p.ioannou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Πέμπτη **10-10-2019 σε ΜΑΠ** ή **κλειστό φάκελο** έως τις **10.00π.μ.**, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **1.400,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1899.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΑΡΑΤ/ ΤΙΜΩΝ |
|-----|------------------------------------|----------|------|--------------------|-----|--------|-----------------|
| 1 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ | 10 | | | | | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ:

Τραπέζι νοσοκομειακής κλίνης ανακλινόμενο (10 τεμάχια)

- Συνολικός Προϋπολογισμός 1.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
- Εγγύηση 1 έτος τουλάχιστον
- Τροχήλατο
- Με ειδική εσοχή για ανάγνωση
- Ρυθμιζόμενο ύψος από 60-70cm το κατώτερο και 110-120cm το μέγιστο
- Βάρος: περίπου 12-13Kg (να αναφερθεί)
- Μέγιστο φορτίο: 12-15Kg

- Άριστης κατασκευής
- Συνολικών Διαστάσεων 80(±2)X0,40(±2)cm (η σταθερή επιφάνεια περίπου 20x40)
- Φρένα στις δύο ρόδες (τουλάχιστον)
- Ανοξείδωτος σκελετός
- Επιφάνεια κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό για μέγιστη αντοχή στον καθαρισμό της με απολυμαντικά υγρά-spray
- Απόχρωση επιφάνειας μπεζ, εκρού
- Να κατατεθεί prospectus ή προσφερόμενου μοντέλου



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ