



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 4/12/2019
Αρ.Πρωτ.:12687

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Μώκου Λ.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
E-MAIL: lina.mokou@prevezahospital.gr

**ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΙΜΡΑΚΤ ΕΠΕ**

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **ΔΕΥΤΕΡΑ 09/12/2019 έως τις 10 πμ**, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.562,4€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	ΑΣΚΟΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	4 τεμ				
2	Πάνες βρεφικές (3-5 κιλά)	500 συσκ				
3	Θερμόμετρα ηλεκτρονικά για την θερμομέτρηση ασθενών	150 τεμ				
4	Φίλτρα μετάγγισης αίματος: Εργαστηριακά πλύσεως με δύο συνοδούς ασκούς	30τεμ				
5	Αυτοκόλλητη γάζα 7Χ6	750τεμ				
6	Αυτοκόλλητη γάζα 10Χ10	750τεμ				
7	Αυτοκόλλητη γάζα 10Χ15	2.550τεμ				
8	Αυτοκόλλητη γάζα 10Χ20	500τεμ				
9	ΣΥΡΡΙΓΓΕΣ 5cc ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ	7.200 τεμ				
10	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ.ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ 3ΠΛΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Νο 7 –χωρίς πούδρα	800τεμ				
11	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ.ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ 3ΠΛΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Νο 7,5- χωρίς πούδρα	800τεμ				
12	PARAFIN OIL 200ml	80 φιαλ				
13	VASELIN 50MG σε σωληνάριο	60 σωλην				

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το είδος α/α 4 Φίλτρα μετάγγισης αίματος:

Εργαστηριακά φίλτρα κατακράτησης λευκών από συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια με δύο συνοδούς ασκούς και δυνατότητα εκούσιας πλύσης των λευκαφαιρεμένων Σ.Ε.

Τα παραπάνω φίλτρα θα πρέπει να κατακρατούν 99,99% λευκά ανά μονάδα ερυθρών και να περιέχουν:

- Φίλτρο κατακράτησης λευκών 4^{ης} γενιάς.
- Δύο ενσωματωμένους ασκούς, ο ένας για την συλλογή του διηθήματος και ο άλλος για τα απόβλητα.
- Ένα προφίλτρο κατακράτησης πηγμάτων.
- Δύο κώνους διάτρησης.
- Γραμμή κλειστού κυκλώματος για την εκούσια εισαγωγή του NaCl.
- Όλη η διαδικασία να γίνεται σε κλειστό σύστημα .
- Ο ασκός αποβλήτων να αποκόπτεται
- Απώλεια ερυθρών στο φίλτρο ελάχιστη
- Ο αριθμός των λευκών μετά την διήθηση να μην είναι μεγαλύτερος από 2×10^5 λευκά.
- Η εφαρμογή της διαδικασίας να είναι ευχερής.
- Να μην χρειάζεται αναστροφή του φίλτρου και η διάρκεια φιλτραρίσματος να μην υπερβαίνει τα 15'.
- Να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία.
- Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό για μικροβιολογικό, βιολογικό και φυσικοχημικό έλεγχο. Όλα τα φίλτρα να φέρουν ISO, CE, GMP.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ