



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 2/6/2020
Αρ.Πρωτ.:5151

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Μώκου Λ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
E-MAIL: lina.mokou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **ΤΡΙΤΗ 9/5/2020 έως τις 10 πμ**, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **2.000,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1311. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΑΡ ΤΙΜΩΝ |
|-----|---|----------|------|------|-----|--------|-----------|
| 1 | Πεταλούδες ενηλίκων & ανηλίκων Πεταλούδες φλεβοκέντησης με εύκαμπτη προέκταση από P.V.C μήκους 30cm με επιστόμιο luer-lock, και σιλικοναρισμένοι ατραυματική βελόνη λεπτών τοιχωμάτων μ.χ αποστειρωμένεςΜε βελόνη G21 μήκους 20mm | 1000 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|--|--|--|
| 2 | Κολποσκόπια ενηλίκων και ανηλίκων Small -Medium. Να σταθεροποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, με ελαστικότητα, σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένα, υποαλλεργικά, από αιθυλένιο (από σκληρό πλαστικό φιλικό προς το περιβάλλον), να μην σπάζουν, ανά ένα συσκευασμένα σε αδιάβροχη, ανθεκτική, διαφανή θήκη, μιας χρήσης | 300M/300L | | | | | |
| 3 | Ποτηράκια καλλιέργειας ουρων | 2000 | | | | | |
| 4 | Λαβίδια βιοψίας δέρματος Νο 4 mm | 50 | | | | | |
| 5 | ΤΕΣΤ ΠΡΟΩΡΗΣ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ | 10 | | | | | |
| 6 | πεταλούδες -βελόνες για port -a- cath 20G | 30 | | | | | |
| 7 | ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ AYRES ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ | 50 | | | | | |
| 8 | Γλωσσοπίεστρα ξύλινα μη αποστειρωμένα | 2000 | | | | | |
| 9 | CLIPS ομφαλών νεογνών αποστειρωμενα μια ς χρήσεως | 100 | | | | | |
| 10 | Αντιμικροβιακοι τάπητες χειρουργείου | 1000 | | | | | |
| 11 | ΣΕΤ ΡΑΦΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ | 50 | | | | | |
| 12 | Αμνιοτόμοι κυρτοι αποστειρωμένοι, σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης. | 50 | | | | | |
| 13 | Γάζα ακτινοσκιερή 10x10 συσκευασμένη ανά 100τεμ. Σε χάρτινη συσκευασία | 3000 | | | | | |
| 14 | ΣΠΡΕΙ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΤΙΑΒ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΟΛΙΝΗ ΤΙΤΑΝΙΟ ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ | 10 | | | | | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τα είδη με α/α 4 Λαβίδια βιοψίας δέρματος

Χαρακτηριστικά:

- Να είναι υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας.
- Να είναι άμεσα διαθέσιμα και να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης
- Να είναι αποστειρωμένα και έτοιμα προς χρήση
- Να είναι υλικά μίας και μόνο χρήσεως
- Να αποτελούνται από ενιαίο, ανοξείδωτο και αιχμηρό άκρο για την ασφαλή, όσον το δυνατόν λιγότερο τραυματική, ταχύτατη και τεχνικά άρτια αφαίρεση του δερματικού ιστού, με σκοπό την άθικτη διατήρηση του ιστολογικού παρασκευάσματος.
- Να διατίθεται σε συσκευασίες με ποικίλες διαμέτρους του χειρουργικού άκρου και πιο συγκεκριμένα, οπωσδήποτε 4 χιλιοστά και επιπλέον, κατά προτίμηση και 3 ½ χιλιοστά.
- Η λαβή τους να αποτελείται από κατάλληλα διαμορφωμένες πλευρές και γωνίες και από το κατάλληλο υλικό προς την επίτευξη συνεχούς και αποτελεσματικού ελέγχου κατά τους επεμβατικούς χειρισμούς

Για το είδος α/α 5. ΤΕΣΤ ΠΡΟΩΡΗΣ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ

1. Να είναι αποστειρωμένο σε διαφανή ειδική θήκη.
 2. Η συσκευασία να περιέχει την ταινία ανίχνευσης, το ειδικό στειλεό για την λήψη του δείγματος και το ειδικό buffer στο οποίο τοποθετείται το στειλεό μετά την λήψη του δείγματος.
 3. Το στειλεό λήψης δείγματος να βρίσκεται σε ειδική αποστειρωμένη θήκη.
 4. Το τεστ να λειτουργεί με την ανίχνευση της Α φετοπρωτεΐνης και της πρωτεΐνης του πλακούντα PP12 στα κοιλικά υγρά.
- Να ανιχνεύει τις πρωτεΐνες και με μονοκλωνικά αλλά και με πολυκλωνικά αντισώματα.
6. Να είναι ιδανικό και αξιόπιστο ακόμη και σε μικρές ρήξεις.
 7. Να έχει 99% ευαισθησία και ειδικότητα κατά τις εβδομάδες 24-34.
 8. Να μην επηρεάζεται από ποσότητα αίματος.
 9. Να μην επηρεάζεται από λοιμώξεις.
 10. Να μην χρειάζεται κολποδιαστολέας για την λειτουργία του.

Για το είδος με α/α 6 πεταλούδες -βελόνες για port -a- cath 20G

Βελόνες γωνιακές κεκαμμένες 90 μοιρών τύπου Huber για χρήση σε εμφυτεύσιμα port. Να φέρουν προέκταση πολυουρεθάνης (αδρανές υλικό στη χημειοθεραπεία) μήκους 30εκ με άκρο luer-lock, δύο διακόπτες ροής (σφιγκτήρες) και επιπλέον μία είσοδο εγχύσεων με ανтимικροβιακό συνδετικό (πώμα autoflush) που αποτρέπει ανάστροφη ροή αίματος και απόφραξη του καθετήρα με θετική πίεση, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης στα 350psi (24bar). Να προσφερθούν σε μεγέθη:

A) 20G κίτρινο hub, μήκους 15mm, 20mm, 25mm και 30mm

Να είναι LATEX-free & DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένες.

Για τα είδη α/α 11 Σετ συρραφής ραμμάτων

έτοιμο προς χρήση αποστειρωμένο σετ εργαλείων

Περιεχόμενα σετ

- Αποστειρωμένα γάντια
- Χειρουργικό πεδίο με οπή
- Αποστειρωμένες γάζες
- Βελονοκάτοχο
- Ανατομική λαβίδα
- Χειρουργική λαβίδα
- Ψαλίδι
- Σακούλα απορριμάτων

A/A 13 Γάζα ακτινοσκοιερή τύπου Γ' 12 ply (Στρώσεων) 18 κλωστών 10X10

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.). Να φέρει μια ακτινοσκοιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος. Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληροί τους όρους του EN 14079:2003. Η γάζα να είναι 10x10 και 12 ply, να πληροί τα χαρακτηρίστηκα για γάζα επί μέτρου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ