



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 17/01/2022
Αρ.Πρωτ.: 676

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Γούση Γ.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Καθετήρων για τις ανάγκες του χειρουργικού τμήματος.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως Πέμπτη 20/01/2022 στο email g.gousi@prevezahospital.gr του Νοσοκομείου, έως τις 11 πμ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργικού τμήματος του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1311.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤ/ ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	Καθετήρες TIEMAN όλα τα νούμερα TIEMAN FOLLEY	300				
2	Καθετήρες FOLLEY 3 WAY όλα τα νούμερα	500				
3	Καθετήρες Αιματοουρίας τύπου COUVELAIRE αποστειρωμένος 3way με άκρο COUVELAIRE από υδρόφιλη σιλικόνη 100% υδροθάλομο 80ml και μήκος 42cm.,20,22,24 ch	59				
4	Σετ υπερυβικής παρακέντησης με ενσωματωμένο 2- Way folley καθετήρα μέγεθος 16 Fr	15				

5	Καθετήρες FOLLEY 3 WAY σιλικονούχοι όλα τα νούμερα	250				
---	---	-----	--	--	--	--

Τεχνικές προδιαγραφές επι ποινης απόρριψης

- 1) Τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δείγματα επι ποινη απόρριψης προσφοράς.
- 2) Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.
- 3) Όλα τα αποστειρωμένα I/T προϊόντα να εναρμονίζονται πιστά στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ ΔΥ7/οικ.2480/94 ΦΕΚ679/94, όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009, ΦΕΚ2198/Β/2-10-2009). Να εφαρμόζουν την οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΙΔΟΣ 1,: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ TIEMMAN

- Να προσφέρονται από 8-22cm και όλων των διαμετρημάτων.
- Να είναι κατασκευασμένοι από αρκετά σκληρό υλικό για να μην λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματα τους.
- Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλομένο ώστε να μην τραυματίζουν και να τοποθετούνται εύκολα.
- Να έχουν ευρείες πλευρικές οπές μπροστά για καλή παροχέτευση.
- Να προσφέρονται με κεκαμμένο το πρόσθιο άκρο(TIEMMAN). και ευθείς επίσης

ΕΙΔΟΣ 2: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY

- Να προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων και μηκών.
- Να φέρουν ευρύ αυλό.
- Να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο ελαστικό υλικό, ώστε να μην συμπίπτει ο αυλός τους κατά την αναρρόφηση ή κατά την έγχυση υγρών ή όταν δέχονται εξωτερική πίεση.
- Να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας από 10-50 cc, ανθεκτικό στις πιέσεις κατά την εφαρμογή τους στις ουρολογικές επεμβάσεις, ώστε να μην ρήγνυνται.
- Να φέρουν ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου, ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενό τους και να αφαιρείται τούτο ευχερώς.

ΕΙΔΟΣ 3: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ COUVELAIRE .

- Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη, όλων των διαμετρημάτων και μηκών.
- Να είναι 3way και να είναι κατασκευασμένοι ή να διαθέτουν μεταλλικό ή πλαστικό σπείραμα εντός του τοιχώματος του καθετήρα.
- Να είναι ακτινοσκοπικοί, να έχουν ευρύ αυλό ώστε να πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα εγχύσεις, αναρροφήσεις και παροχετεύσεις υγρών της ουροδόχου κύστης .
- Το άκρο τους να είναι κεκαμμένο και αμβλύ, ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί.
- Να έχουν ανθεκτικό υδροθάλαμο χωρητικότητας 80 cc με ελαστική και ασφαλή βαλβίδα.
-

ΕΙΔΟΣ 4: Σετ υπερυβικής παρακέντησης

το σετ Νο 16 περιλαμβάνει

- καθετήρα σιλικόνης
- κάνουλα παρακέντηση trocar
- νυστέρι
- πώμα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

