



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 14-04-2022
Αρ.Πρωτ. 4071

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Γούση Γ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail: g.gousi@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ και ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΡΙΤΗ **19/04/2022 στις 11:30 π.μ σε κλειστό φάκελο στο τμήμα προμηθειών** για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού **1.800,00€** για πλέγματα και **340,00€** για καθετήρες συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1311.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

- ΓΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ CPV: 33192000-2**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΗΛΕΣ 10*15	10						
2	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΗΛΕΣ 15*15	5						

• ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV:33141200-2

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
3	Καθετήρες παροχетеυσης θώρακος με Trokar N22	15						
4	PIG-TAIL ανοιχτού άκρου Νο7 28cm	2						

Η Κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες , είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους, αποτελεί λόγο απόρριψης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.Πλέγματα για κήλες

Πλέγματα τύπου γυρο (ημιαπορροφήσιμα) για αποκατάσταση την κήλης. Κατασκευασμένα από 50% από πολυπροπυλένιο σε ποσότητα 35 εως 45% και από πολυγλυκολικό οξύ-καπρολακτόνη σε ποσοστό 55 εως 65%. Μέγεθος πόρου 2 και 4 mm. Να μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα.

Να προσφέρονται σε διαστάσεις:

- Πλέγματα για κήλες 10X15
- Πλέγματα για κήλες 15X15

Να σταλεί prospectus για τα προσφερόμενα είδη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

