



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑΜ: 22PROC010458094  
Πρέβεζα: 27/04/2022  
Αρ.Πρωτ.4460

## **Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Τμήμα: Οικονομικό  
Πληρ.: Γούση Γ.  
Τηλ.: 2682361310  
Φαξ: 2682024837  
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  
Mail: g.gousi@prevezahospital.gr

### **ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ και ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΡΙΤΗ **03/05/2022 στις 11:30 π.μ σε κλειστό φάκελο στο τμήμα προμηθειών** για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού **2.700,00€** για πλέγματα και σωληνάκια καπνογράφου και **300,00€** για καθετήρες συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1311.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών ([www.epromy.gr](http://www.epromy.gr)) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ**

- ΓΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ CPV: 33192000-2**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΗΛΕΣ 10*15	10						
2	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΗΛΕΣ 15*15	5						

3	Σωληνάκια καπνογράφου όχι μικρότερο από 2,5 CM	10						
---	--	----	--	--	--	--	--	--

● **ΓΙΑ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ CPV:33141200-2**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
4	Καθετήρες παροχетеυσης θώρακος με Trokar N22	15						

**Η Κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες , είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους, αποτελεί λόγο απόρριψης**

***ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ***

**1.,2.Πλέγματα για κήλες**

Πλέγματα τύπου νυγρο (ημιαπορροφήσιμα) για αποκατάσταση την κήλης. Κατασκευασμένα από 50% από πολυπροπυλένιο σε ποσότητα 35 εως 45% και από πολυγλυκολικό οξύ-καπρολακτόνη σε ποσοστό 55 εως 65%. Μέγεθος πόρου 2 και 4 mm. Να μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα.

Να προσφέρονται σε διαστάσεις:

- Πλέγματα για κήλες 10X15
- Πλέγματα για κήλες 15X15

Να σταλεί prospectus για τα προσφερόμενα είδη

**3.Σωληνάκια καπνογράφου όχι μικρότερο από 2,5 CM**

Καπνογράφοι (σωληνάκια) διάφανα ανά μήκους  $\leq 2,5$  cm και στις άκρες τους να μπορούν να βιδωθούν στις παροχές αναισθησιολογικών μηχανημάτων DRAGER

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ**

**ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

