



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα:10-06-2022

Αρ.Πρωτ.: 6138

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Παντούλα Χ.
Τηλ.: 2682 3 61310
FAX: 2682 0 24837
E-mail: f.vasilakou@prevezahospital.gr
Ταχ. Διεύθ.: Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα

**ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας: για Σύστημα απολύμανσης καθαρισμού μικρών επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού .

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά , έως την Τετάρτη 15-06-2022 και έως τις 11 πμ, σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού 350 € για Σύστημα απολύμανσης καθαρισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1351.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ και τα εν λόγω είδη απαιτείται επι ποινής απόρριψης να είναι ετοιμοπαράδοτα.

Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.ergomy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:

Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΔΟΧΕΙΑ	10				
2	ΡΟΛΑ ΠΑΝΑΚΙΑ	42				

Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος επί ποινής απόρριψης

Τεχνικές προδιαγραφές

Σύστημα απολύμανσης – καθαρισμού μικρών επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το σύστημα να αποτελείται:

A) Δοχείο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ανθεκτικό στα οξέα με καπάκι τύπου flip top για ευκολία χρήσης και αποφυγή διαρροών, εξάτμισης και επιμόλυνσης .

B) Ρολό αποτελούμενο από μη εμποτισμένα πανάκια(τεμάχια περίπου 100), διαστάσεων περίπου 40 x20cm από μη υφασμένο πολυεστερικό υλικό(fleece) μεγάλης αντοχής, που εξασφαλίζει άριστη διαβρεκτικότητα και μεγάλη σταθερότητα στο διάλυμα επιλογής του χρήστη .

Δείγμα απαραίτητο προς αξιολόγηση.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/Υ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ