



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 07-11-2023
Αρ.Πρωτ. 12021

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού- Οικονομικού

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.: Γούση Γ.

Τηλ.: 2682361310

Φαξ: 2682024837

Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

Mail: g.gousi@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας <<ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ –ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >>

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **ΤΡΙΤΗ 14/11/2023 στις 11:30 π.μ σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών** για το κάτωθι είδος, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου , **Χειρουργικού Υλικού** συνολικού προϋπολογισμού **558,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για τον ΚΑΕ 1311.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|--|--|--|--|
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | | | | |
| 1 | Υπεργλωττιδική συσκευή αερισμού χωρίς διατατό cuff 2-5 KG (NO1) | 10 | | | | |

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπεργλωττιδική συσκευή αερισμού χωρίς διατατό cuff . Να διατίθεται σε 2-5 KG (NO1).

Χαρακτηριστικά :

- Να είναι κατασκευασμένο από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό με τη μορφή στερεάς γέλης. Να ταιριάζει απόλυτα με την ανατομία του λάρυγγα και να διασφαλίζει την βατότητα του αεραγωγού

2. Να έχει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χειρουργεία ή επείγοντα περιστατικά για αυτόματη αναπνοή ή μηχανικό αερισμό
3. Να δέρει ειδικό γαστρικό αγωγό για την προώθηση του Levin στο στομάχι και την εκκένωσή του
4. Να φέρει ενσωματωμένο bite block για την αποφυγή απόφραξης του αεραγωγού από τα δόντια του ασθενούς
5. Να δέρει ενσωματωμένο σταθεροποιητή στοματικής κοιλότητας για αποφυγή στρεπτικής ακαμψίας
6. Να μπορεί να επιτρέπει την προώθηση ενδοτραχειακού σωλήνα
7. Να φέρει ενδείξεις πάνω της για την σωστή της τοποθέτηση.
8. Να είναι μιας χρήσης
9. Αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία και latex free

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| 1.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV:33192000-2 | | | | | | |
|---|------|----------|------|--------------------|-----|-----------------|
| A/A | ΕΙΔΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ. | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |

- **ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ