

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα 8-07-2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4885



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: Οικονομικό
Πληρ.....: Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361310
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΣΤΑΤΟ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ΤΡΙΤΗ 14/07/2015 στο παρακάτω e-mail Anthi.spanou@1706.syzefxis.gov.gr λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **500,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΚΑΕ 1899 .

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
1	ΣΤΑΤΟ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 4 η 3 ΘΕΞΕΩΝ	5						

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ (ΦΟΡΗΤΑ) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτα με τηλεσκοπικό σωλήνα του οποίου το ύψος θα ρυθμίζεται με σφιγκτήρα προσαρμοσμένο στο σταθερό (κάτω) τμήμα.

Κάτω τμήμα (σταθερό) διατομής Φ26mm, πάχους 1,50mm και ύψους τουλάχιστον 1,00 m.

Πάνω τμήμα (κινητό) διατομής Φ16mm, πάχους 1,50mm και ύψους περίπου 1,30 m.

Να επιτυγχάνεται ωφέλιμο ύψος τουλάχιστον 2,00 m.

Ο πάνω σωλήνας θα καταλήγει σε δύο κάθετα στελέχη ή τρία ίσα από ανοξείδωτο μασίφ διατομής 6-8 mm ισομερώς τοποθετημένο που θα σχηματίζει στις άκρες γάντζους (για τη στήριξη-κρέμασμα ορρών).

Ο κάτω σωλήνας θα καταλήγει σε πεντακτινωτή βάση ή τετρακτινωτή (μήκος ακτίνας έως 300 mm).

Η κάθε ακτίνα θα καταλήγει σε ρόδα διαμέτρου 50 mm πλαστική (δύο εκ των οποίων τουλάχιστον θα έχουν φρένο).

Ο τρόπος σύνδεσης του κάτω σωλήνα με την βάση να είναι κατά προτίμηση όχι με πλαστικό για περισσότερη αντοχή.

Το στατώ θα έχει βάρος **όχι λιγότερο** από 5 Kgr με κέντρο βάρους στη βάση ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερότητά του.

Ειδικοί όροι:

1. Να συνοδεύονται από τεχνικές προδιαγραφές (με αντίστοιχα προσπέκτους και φωτογραφίες).