



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
CPV 33181000-2 (ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΤΝ) του Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014.**

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΤΝ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 (High Flux) ΣΥΝΟΛΟ 1700 ΤΕΜΑΧΙΑ

Αριθμός φίλτρων Α/Κ	Είδος Μembrάνης Φίλτρου	Επιφάνεια Μembrάνης Φίλτρου σε m ²	KUF/ m ² <ή> των 20ml/hmmHg	Καθάρσεις ουσιών(>.....) σε ml/min με ob300ml/min Qd500 ml/min					ΚοΑ >..... ΟΥΡΙΑΣ	Συντελεστής Διαβατότητας Β2-Μ	Είδος Αποστείρωσης	Συνοδές γραμμές για μηχανήματα TN Αποστειρωμένες με β ή γ ακτινοβολία ή ατμό
				Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. Β12	Ινσουλίνη				
	Μεμβράνη (polysulfone)	1,6	>20	271	254	241	173		1167	0,81	γ ακτινοβολία	Gambro AK-200 & Fresenius medical care 5008
	Μεμβράνη (polysulfone)	2,1	>20	278	268	254	200		1351	0,81	γ ακτινοβολία	Gambro AK-200 & Fresenius medical care 5008
	Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης (τύπου Purema)	1,8	>20	197	190	285	165	125	1264,80	0,53	γ ακτινοβολία	Gambro AK-200 & Fresenius medical care 5008
	Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης (τύπου Polynephron)	1,7	>20	285	268	254	190	121	1614	0,803	γ ακτινοβολία	Gambro AK-200 & Fresenius medical care 5008

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2 (Low Flux) ΣΥΝΟΛΟ 4300 ΤΕΜΑΧΙΑ

Αριθμός φίλτρων Α/Κ	Είδος Μembrάνης Φίλτρου	Επιφάνεια Μembrάνης Φίλτρου σε m ²	KUF/ m ² <ή> των 20ml/hmmHg	Καθάρσεις ουσιών(>.....) σε ml/min με ob300ml/min Qd500 ml/min					ΚοΑ >..... ΟΥΡΙΑΣ	Συντελεστής Διαβατότητας Β2-Μ	Είδος Αποστείρωσης	Συνοδές γραμμές για μηχανήματα TN Αποστειρωμένες με β ή γ ακτινοβολία ή ατμό
				Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. Β12	Ινσουλίνη				
	Μεμβράνη αιθελεν-βινυλ-αλκοόλης (ethylene vinyl alcohol copolymer EVAL)	1,6	<20	231	200	166	104	27	637	0,65	γ ακτινοβολία	Gambro AK-200 & Fresenius medical care 5008
	Μεμβράνη αιθελεν-βινυλ-αλκοόλης (ethylene vinyl alcohol copolymer EVAL)	1,8	<20	239	208	172	110	30	707	0,65	γ ακτινοβολία	Gambro AK-200 & Fresenius medical care 5008
	Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης (τύπου Purema)	1,8	<20	189	180	162	108		848,55	Αμελητέα	γ ακτινοβολία	Gambro AK-200 & Fresenius medical care 5008
	Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης (τύπου polynephron)	1,9	<20	276	257	231	151		1292	Αμελητέα	γ ακτινοβολία	Gambro AK-200 & Fresenius medical care 5008