



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα :.....:Οικονομικό
Πληροφορίες... : Α. Ροπόκη Α.Αυδίκος
ΤΗΛ.:.....2682361310
FAX :..... 2682024837
Ταχ. Δ/ση :.....:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100
E-mail : anna.ropoki@1706.syzefxis.gov.gr

Αρ.Πρωτ.:ΔΣ/349 /19-03-2013 Α5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.14/2013

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ - ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ»

με κωδικό κατηγορίας ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (33141200-2), CPV (33141310-6) ΚΑΙ CPV (33141323-0)

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

και ημ/νία διενέργειας 9/4/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 9/4/2013 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	32.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	(33141200-2), CPV (33141310-6) ΚΑΙ CPV (33141323-0)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους και σε περίπτωση που τελεσφορήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται ενιαία από άλλους φορείς και αφορούν και το νοσοκομείο μας, κάθε διαγωνιστική διαδικασία και σύμβαση του νοσοκομείου μας για τις συγκεκριμένες προμήθειες παύουν να ισχύουν.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1.Του Π.Δ.63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
- 1.2. Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
- 1.3.Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- 1.4.Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.5.Του Ν.Δ.496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 204 /19-7-1974)
- 1.6.Του Ν.2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες

διατάξεις».

- 1.7.Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περὶ Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- 1.8.Του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ὅπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
- 1.9.Την Κ.Υ.Α.ΔΥ8/οικ.3607/892/2001/ΦΕΚ Β1060/10-8-2001, ὅπως τροποποιήθηκε με το Υ8δ/Γ.Π.οικ.130644/30-8-2009 (ΦΕΚ Β2197/2-10-2009) «περὶ ενεργών εμφυτευσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/30-8-2009 (ΦΕΚ Β2197/2-10-2009) Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ της ΕΟΚ περὶ ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- 1.10.Του Ν.2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
- 1.11. Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.Α'81/4-4-2005), ὅπως ισχύει σήμερα.
- 1.12. Το Νόμο 3867/2010 άρθρο 27 παρ.11 «Εποπτία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοὶ αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».
- 1.13.Του Π.Δ.166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
- 1.14.Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περὶ Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α' 139/27.6.97)
- 1.15.Τα με αρ.πρωτ.:ΔΥ6α/Γ.Π.28844/11-3-2011 & ΔΥ6α/Γ.Π.36452 σχ.34260,33491/8-4-2011 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με κρατήσεις επί συμβάσεων προμηθειών.
- 1.16. Την Αριθ.:3567/09-05-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1585/Β/10-05-2012) περὶ « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές...».
- 1.17.Την Αριθ.:3567/09-05-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2309/Β/08-08-2012) περὶ « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές...».
- 1.18.Την αριθμ. 5805 ΥΑ (ΦΕΚ 2309/08-08-2012) Περὶ « Ορισμός φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012 Πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών, ὅπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8238/10-12-12 (ΦΕΚ 343/τ.Β/24-12-2012) ΥΑ»
- 1.19.Την αρ.πρωτ.:6881/03-10-2012 απόφαση της Ε.Π.Υ σχετικά με «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ' 2013.
- 1.20. Οι αριθμ πρωτ. 1209/29-11-2012,1251/11-12-2012 ,1264/13-12-2012, 1264/20-12-2012 (ορθή επανάληψη) και 1265/13-12-2012 αποφάσεις διοικητή της 6ης ΥΠΕ σχετικά με ορισμό φορέων διενέργειας των ΓΝ Αιγίου, ΓΝ Πρέβεζας . ΓΝ Ναυπλίου , ΓΝ – ΚΥ Φιλιατών , ΓΝ Λευκάδας για διαγωνισμούς που ενέταξαν στο ΠΠΥΥ2012 – πιστώσεις 2012 και προκηρύχθηκαν έως 31-12-2012.
- 1.21. Την αριθμ 68/07-02-2013 απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ (ορθή επανάληψη) περὶ ορισμού των φορέων διενέργειας του εγκεκριμένου ΠΠΥΥ2012-πιστώσεις 2013
- 1.22. Την αρ.1296/24-12-2012απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε. περὶ προκήρυξης διαγωνισμών του ΠΠΥΥ και Φαρμάκων έτους 2012 Πιστώσεις 2013
- 1.23. Το αρ.21/20-11-2012 πρακτικό του Δ.Σ. με θέμα «Διαχωρισμός Πιστώσεων Π.Π.Υ.Υ. 2012, Πιστώσεις 2012 & Π.Π.Υ.Υ. 2012, Πιστώσεις 2013 και προκήρυξη διαγωνισμών Π.Π.Υ.Υ. 2012, Πιστώσεις 2012».
- 1.24. Την αριθμ 6/14-3-2013 απόφαση του ΔΣ του ΓΝ Πρέβεζας περὶ «Προκήρυξης διαγωνισμών ΠΠΥΥ και Φαρμάκων έτους 2012πιστώσεις 2013
- 1.25 Την αριθμ 348/19-03-2013 απόφαση διοικητή του ΓΝ Πρέβεζας περὶ συγκρότησης συλλογικών οργάνων με διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό – επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2012, & 2013 που θα προκηρυχθούν έως 31-03-2013.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για Προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ - ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ», ὅπως ακριβώς αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 1^ο - ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΔΕΥΤΕΡΑ 8-4-2013 ΩΡΑ: 12:00	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΤΡΙΤΗ 9-4-2013 ΩΡΑ: 12:00

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2^ο -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 32.000,00€συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 3^ο -ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο -ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από το γραφείο Προμηθειών οδός ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 2, καθημερινά έναντι του ποσού των 10 ευρώ με απόδειξη, 10:00-14:00.

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (: <http://www.1706.syzefxis.gov.gr>) από 22-3-2013 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από 22-3-2013.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ' επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεμοιοτυπίας, e-mail account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, **ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.**

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπομπής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπομπής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 6^ο -ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής Προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

ΑΡΘΡΟ 7^ο -ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8^ο-ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο Προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού,

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

ΑΡΘΡΟ 9^ο-Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :

A. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο):

1. Φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α' 75) επικυρωμένη από δημόσια αρχή, στην οποία:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
- Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
- Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
- Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 .
- Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ.118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Ότι αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως και θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα δ/ξη, την προσφορά και την σύμβαση.
- Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της και η αποδοχή των όρων της διακήρυξης, επικυρωμένη από δημόσια αρχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ημερομηνία υπογραφής και θεώρησης του γνησίου της υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς με ταχυδρομική υπηρεσία (ΕΛΤΑ ή Ταχυμεταφορές), η ημερομηνία υπογραφής και θεώρησης του γνησίου της υπογραφής της υπευθύνου δηλώσεως θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία (αυτονόητο είναι ότι για την εμπρόθεσμη υποβολή της, η προσφορά θα πρέπει να περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας).

B. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο).

Οι προσφορές να περιγράφουν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών. **Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη (όπου υπάρχουν), θα είναι κατώτερες ή ίσες του παρατηρητηρίου τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω έργου που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

- Η κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες, είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους, αποτελεί λόγο απόρριψης.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών είτε για μέρος αυτών αλλά για το σύνολο της ποσότητάς τους.

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων επικυρωμένα από αρμόδια αρχή. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα, CD ή USB) σε πρόγραμμα WORD ή EXCEL.

5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών

και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 10^ο-ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ

1. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.

3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

10. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 11^ο-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 12^Ο- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται στο μειοδότη κατ' είδος κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 13^Ο-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

- α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
- β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης
- γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14^Ο-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007 και ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της συν δύο μήνες παράταση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Προμηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμώμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο Προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Προμηθευτής, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 15^Ο-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 16^Ο- ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια του έτους.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.

ΑΡΘΡΟ 17^Ο- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους

χωρίς να απαιτείται όγληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 18^ο-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς επίσης θα ισχύουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Επιπλέον των νόμιμων κρατήσεων όπως προβλέπεται κάθε φορά, τα είδη της παρούσας διακήρυξης υπόκεινται στην επιπλέον κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικά, για την κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3580/07, ισχύει το περιεχόμενο των εγκυκλίων με Α.Π. 14215/8.7.2009 και 12014/20.09.2010 που έχει εκδώσει η Ε.Π.Υ, την αριθμ. 2/70784/Α0024/24-9-2009 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. καθώς και την αριθμ. ΔΥ6α/οικ.75262/4.06.2009 Εγκύκλιο της Δ/σης Προμηθειών της Κ.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α. Η ανωτέρω κράτηση αφορά το Π.Π.Υ.Υ. 2012, για όλες τις υπηρεσίες ή προμήθειες υλικών, των Φορέων του άρθρου 9 παρ.1 του ν. 3580/07. Καθώς και την αριθμ.445/28-1-2013 ερμηνευτική εγκύκλιο της ΕΠΥ με ΑΔΑ (ΒΕΙΕΘ-000) επικαιροποίηση της κωδικοποίησης των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007στις προμήθειες υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων των Π.Π.Υ.Υ. Κάθε άλλη ειδική κράτηση για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών ισχύει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία..

ΑΡΘΡΟ 19^ο-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο Προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση, πέραν των χρονικών περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιαδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση έκπτωσης, καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07

ΑΡΘΡΟ 20^ο-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Πρέβεζα.

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την

Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

a/a

Μ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV	
1.	Καθετήρες FOGARTY	50 TEM.
2.	Καθετήρες TIEMAN όλα τα νούμερα Α) TIEMAN με κυρτό άκρο 1000τεμ. Β) TIEMAN FOLLEY 250τεμ Γ) TIEMAN NELATON με ευθύ άκρο 250τεμ	1.500 TEM.
3.	Καθετήρες FOLLEY 2 WAY όλα τα νούμερα	3.000 TEM.
4.	Καθετήρες FOLLEY 3 WAY όλα τα νούμερα	300 TEM.
5.	Καθετήρες FOLLEY 2 WAY όλα τα νούμερα με ευθύ και κυρτό άκρο από σιλικόνη	1500TEM.
6.	Καθετήρες Αιματοουρίας τύπου DUFUR αποστειρωμένος 3way με άκρο dyfour από υδρόφιλη σιλικόνη 100% υδροθάλομο 80ml και μήκος 42cm. 18,20,22,24 ch	80 TEM.
7.	Καθετήρες ANAPPOΦΗΣΗΣ α) με μπεκ β) χωρίς μπεκ (και βλενών με παγίδα) 12-14-16-18	2.000 TEM.
8.	Καθετήρες αποκάλυψης φλεβός	30 TEM.
9.	Σετ υπερυβικής παρακέντησης με ενσωματωμένο 2- Way folley καθετήρα μέγεθος 14 & 16 Fr	10TEM.
10.	3 WAY STOP COCK απλά & με πώμα κλειστού τύπου	25.000 TEM.
11.	Καθετήρες Pezzer από LATEX όλα τα νούμερα 28cm 40τεμ και 30cm 40τεμ	80 TEM.
12.	Καθετήρες Χολαγγειογραφίας	15 TEM.
13.	Καθετήρες Levin	1.000 TEM.
14.	Καθετήρες επίσχεσης ρινορραγίας	15 TEM.
15.	Καθετήρες κισών	20 TEM.
16.	Σύστημα Παρακέντησης θώρακος BILLAW μονού & διπλού θαλάμου	150 TEM. 50 TEM.
17.	Σύστημα παροχέτευσης θώρακος περιπάτου	5 TEM.
18.	Ουρητηρικοί καθετήρες όλα τα μεγέθη	50 TEM.
19.	PIG - TAIL Ουρητηρικοί καθετήρες σιλικόνης 100% όχι επίστρωση κλειστού άκρου σε set με συνδεδεμένο προωθητή και οδηγό σύρμα μεταβλητής σκληρότητας επικυρωμένο 12μηνης παραμονής προσυναρμολογημένοι 6ch 26cm 7τεμ και 6ch 28cm 7τεμ	14 TEM.
20.	Τροκάρ Θώρακος	50 TEM.
21.	Φλεβοκαθετήρες (όλα τα νούμερα)	30.000 TEM.
22.	Σύστημα παροχέτευσης τραύματος redow N12 100τεμ και N14 200τεμ	300 TEM.
23.	Καθετήρες σφαγιδητικοί και υποκλείδιοι κεντρικής φλέβας (16G 16cm 2 αυλών και 20cm 2 & 3 αυλών)	100 TEM.
24.	Levin σίτισης ενηλίκων N14 20τεμ και N16 20τεμ	40 TEM.

25.	Levin σίτισης νεογνών Νο6 και Νο 8	25+25 τεμ.
26.	Καθετήρες αναρρόφησης Νεογνών Νο 10	300 τεμ.
27.	Αυτόματο σύστημα βιοψίας προστάτη & trupath 18G, 25CM	10 ΤΕΜ.
28.	Πώματα για φλεβοκαθετήρες	24000 ΤΕΜ.

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	
1.	Βελόνες ενδοραχιαίου και επισκληριδίου χώρου και οδηγοί αυτών	150ΤΕΜ.
2.	Set επισκληρυδίου (minipack)	5ΤΕΜ.

Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ	
1.	Βελόνες οστεομυελικής βιοψίας τύπου JAMSHIDI 8G-10CM	40ΤΕΜ.
2.	Βελόνες μυελογράμματος στερνικής παρακέντησης 15G-1,2cm έως 4,5cm	40ΤΕΜ.

Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	<u>ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ</u>	5ΤΕΜ

Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
1.	Βελόνα 19G	8.500 ΤΕΜ.
2.	Βελόνα 21G	15.000 ΤΕΜ.
3.	Βελόνα 23G	15.000 ΤΕΜ.

4.	Βελόνα 25G	15.000 TEM.
5.	Βελόνες για μέτρηση σακχάρου	1.000 TEM.

Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δείγματα.
Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.

ΕΙΔΟΣ 1: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOGARTY

- Καθετήρες εμβολεκτομής .Να έχουν σταθερό ή εύκαμπτο άκρο σε μήκη 40,60,80 cm και διάμετρο 2-7F
- Χοληδόχου πόρου

ΕΙΔΟΣ 2: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ NELATON ΚΑΙ TIEMMAN

- Να προσφέρονται από 8-22cm και όλων των διαμετρημάτων.
- Να είναι κατασκευασμένοι από αρκετά σκληρό υλικό για να μην λυγίζουν ή να συμπιπτούν τα τοιχώματά τους.
- Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλομένο ώστε να μην τραυματίζουν και να τοποθετούνται εύκολα.
- Να έχουν ευρείες πλευρικές σπές μπροστά για καλή παροχέτευση.
- Να προσφέρονται με κεκαμένο το πρόσθιο άκρο(TIEMMAN) και ευθείς επίσης (NELATON).

ΕΙΔΟΣ 3: ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ FOLEY 2 WAY

- Να προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων και μηκών.
- Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλακό ώστε να συμπιππει κατά την χρήση τους.
- Να φέρουν τουλάχιστον δύο ευρείες σπές στο άκρο τους.
- Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-30cc και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις. Η βαλβίδα δε του υδροθαλάμου να είναι ασφαλής και ελαστική ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του και να δύναται επίσης, το περιεχόμενο του υδροθαλάμου να αφαιρείται ευχερώς.
- Να είναι κατασκευασμένος από 100% Latex και η βαλβίδα από PVC ή Latex.
- Να δύναται να μένουν στον οργανισμό για τουλάχιστον 1 μήνα.

ΕΙΔΟΣ 4: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY 3WAY

- Να προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων και μηκών.
- Να φέρουν ευρύ αυλό.
- Να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο ελαστικό υλικό, ώστε να μην συμπιππει ο αυλός τους κατά την αναρρόφηση ή κατά την έγχυση υγρών ή όταν δέχονται εξωτερική πίεση.
- Να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας από 10-50 cc, ανθεκτικό στις πιέσεις κατά την εφαρμογή τους στις ουρολογικές επεμβάσεις, ώστε να μην ρήγνεται.

- Να φέρουν ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου, ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενό τους και να αφαιρείται τούτο ευχερώς.

ΕΙΔΟΣ 5: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ 2WAY ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

- Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη και να είναι κατασκευασμένοι 100% από σιλικόνη.
- Να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας από 10-30cc,ο οποίος να αποτελείται από ανθεκτικό υλικό και να είναι ακτινοσκιερός.
- Να φέρουν δύο πλευρικές σπές στο άκρο τους και η απόσταση του άκρου από το έσω όριο του υδροθαλάμου να είναι ίσο η μεγαλύτερο των 2cm.

ΕΙΔΟΣ 6: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ DUFUR.

- Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη, όλων των διαμετρημάτων και μηκών.
- Να είναι 3way και να είναι κατασκευασμένοι ή να διαθέτουν μεταλλικό ή πλαστικό σπείραμα εντός του τοιχώματος του καθετήρα.
- Να είναι ακτινοσκιεροί, να έχουν ευρύ αυλό ώστε να πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα εγχύσεις, αναρροφήσεις και παροχετεύσεις υγρών της ουροδόχου κύστης .
- Το άκρο τους να είναι κεκαμμένο και αμβλύ, ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί.
- Να έχουν ανθεκτικό υδροθάλαμο χωρητικότητας 80 cc με ελαστική και ασφαλή βαλβίδα.

ΕΙΔΟΣ 7: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

- Να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο PVC.
- Να είναι ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί και λείοι με μήκος 50cm.
- Το άκρο τους να είναι ανοικτό, αποστρογγυλεμένο και να φέρει πλάγια σπή.
- Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένοι και να προσφέρονται όλα τα μεγέθη(10-12-14-16-18-21).

ΕΙΔΟΣ 10: 3 WAY STOP COCK απλά & με πώμα κλειστού τύπου

- Να έχουν οδηγό ,φτερά & βαλβίδα έγχυσης φαρμάκων. Η βελόνη να είναι ατραυματική και σιλικοναρισμένη. Να είναι ακτινοδιαπερατοί, αλλά αναγνωρίσιμοι στις ακτίνες Χ. Το υλικό κατασκευής να είναι βιοσυμβατό PTFH & να έχει δυνατότητα παραμονής στη φλέβα 48-72 ώρες.

ΕΙΔΟΣ 11: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ PEZZER

Οι καθετήρες Pezzzer να φέρουν ενισχυμένη κεφαλή και με σπές παροχέτευσης μεγάλες.

ΕΙΔΟΣ 12: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

- Να έχουν 40cm διαμέτρου 4F& 6F και 70cm διαμέτρου 4F

ΕΙΔΟΣ 13: ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ LEVIN

- Να είναι κατασκευασμένοι από PVC, αποστειρωμένοι, διαφανείς, μιας χρήσεως και μήκους 125cm.
- Να είναι ατραυματικοί κλειστού άκρου και να φέρουν 4 πλάγιες σπές μή
- Να είναι βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5 έως 75 CM.

ΕΙΔΟΣ 16:ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΡΣΩΝ

Καθετήρες συμπίεσης εισοφαγικών κίρσων 3-way ελαστικούς 120cm μήκους και 18-20-21 FR.

ΕΙΔΟΣ 21: PIG-TAIL ΟΥΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ

- Ουρολογικές ενδοπροθέσεις από πολυουρεθάνη ειδικής σύνθεσης για μέση και μακρά παραμονή στον ασθενή. Η ενδοπρόθεση, το Pusher και το οδηγό σύρμα να είναι προσυναρμολογημένα.

ΕΙΔΟΣ 23: ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ

- Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικά επεξεργασμένη πολυουρεθάνη, διαφανή και ακτινοσκοπεύσιμα.
- Να είναι βιοσυμβατά, να μαλακώνουν στην θερμοκρασία του σώματος χωρίς να διαστέλλονται όμως.
- Να έχουν λεπτά τοιχώματα ώστε να εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή ροή στο μικρότερο μέγεθος βελόνας.
- Να έχουν δυνατότητα παραμονής και πάνω από 48 ώρες.
- Να μειώνουν τον κίνδυνο θρομβοφλεβίτιδος.
- Να φέρουν πτερύγια ή όχι, καθώς και βαλβίδα παλινδρόμησης ή όχι.
- Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη (14-16-18-20-22-24-26G) και να έχουν δυνατότητα ροής μέχρι και 300ml/min.
- Η αποστείρωσή τους να είναι να είναι τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4^{1/2} έτη από της παραλαβής.
- Το άκρο της βελόνας να είναι ατραυματικό, σχήματος V ώστε να μειώνεται η αντίσταση στην εισαγωγή και να πονά λιγότερο η φλεβοκέντηση.
- Η συσκευασία να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.

B: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δείγματα.

Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.

1.)ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

- Πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μη τοξικό μεταλλικό υλικό.
- Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τύπων με ανοικτό άκρο και με κλειστό άκρο (pencil point).
- Η εσωτερική κατασκευή της βελόνας να είναι έτσι ώστε να έχει γρήγορη διέλευση του ENY.
- Το πίσω μέρος της βελόνας να είναι διαφανές για εύκολη αναγνώριση της διέλευσης του ENY.
- Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεγέθους, μήκους και πάχους.
- Να συνοδεύεται από βελόνα οδηγό στα αντίστοιχα νούμερα.
- Να φέρουν τέλεια λοξοτόμηση pencil point, υψηλής ποιότητας ατσάλινα βελόνα για εύκολη και απλή εισαγωγή, ειδική ρύθμιση βελόνας και στυλεού για να προλαμβάνεται το φαινόμενο βιοψίας, ημιδιαφανής επικάλυψη για γρηγορότερο εντοπισμό του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ελεύθερο σιλικόνης, καλό στήριγμα βελόνας και χειρισμός και βιολογικά ασφαλείς:

1.) Βελόνες ραχιαίας τύπου pencil point 25 G με εισαγωγή 20G TMX 90mm

2.) Βελόνες ραχιαίας τύπου pencil point 27 G με εισαγωγή 22G TMX 90mm

- 3.) Βελόνες ραχιαίας τύπου pencil point 25 G με εισαγωγή 20G TMX 120mm
- 4.) Βελόνες ραχιαίας τύπου pencil point 22G α) με εισαγωγή 19G TMX 90mm και β) με εισαγωγή 22G TMX 127 mm

2) ΠΛΗΡΕΣ SET ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ

Το set να περιλαμβάνει

- Την βελόνα επισκληριδίου η οποία να φέρει άκρο ατραυματικό, να είναι ανθεκτική, να είναι βαθμονομημένη ανα 10mm, να έχει δυνατότητα επιλογής σε μέγεθος και μήκος, να είναι ιδανική για την διέλευση του επισκληριδίου καθετήρα, να διαθέτει πλαστικό στυλεό καθώς επίσης και πλαστικό πτερύγιο.
- Τον καθετήρα επισκληριδίου ο οποίος να είναι κατασκευασμένος από λεπτό, εύκαμπτο, ατραυματικό Nylon. Να είναι δε ακτινοσκοπικός, ανθεκτικός στο δίπλωμα και βαθμονομημένος σε διαστήματα 5-6-7-8-9-10-15 και 20cm. Να έχει επίσης δυνατότητα παροχής υψηλής ροής υγρού ανά λεπτό.
- Αντιβακτηριδιακό φίλτρο το οποίο να παρέχει πλήρη προστασία κατά των βακτηριδίων. Να έχει διηθητική ικανότητα μέχρι 0,2 μικρά και δυνατότητα διηθήσεως από τις δύο πλευρές με άκρα σύνδεσης Luer-Lock. Να είναι κατασκευασμένο από διαφανές πλαστικό.
- Σύριγγα πλαστική ειδικά κατασκευασμένη για να μην έχει αντίσταση βαθμονομημένης χωρητικότητας 10ml.
- Στηρικτικό αυτοκόλλητο του καθετήρα στον ασθενή ώστε να αποφεύγεται το δίπλωμα του καθετήρα.

Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δείγματα.

Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων

1) ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΤΥΠΟΥ JAMSHIDI 8G- 10CM

Βελόνα μιας χρήσης αποστειρωμένη από μη πυρετογόνα υλικά σε ατομική συσκευασία. Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή βελόνας σχήματος 'T'. Στη βελόνα να εφαρμόζουν όλες οι κοινές σύριγγες μίας χρήσεως. Η συσκευασία να περιλαμβάνει στυλεό (εξαγωγή δείγματος) ο οποίος επιτρέπει ταχεία εξαγωγή του δείγματος και επίσης να περιλαμβάνει ειδικό οδηγό αφαίρεσης δείγματος προστατεύοντας τα χέρια του χειριστή. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και να μην λυγίζει ή σπάει κατά τη διείσδυση στο οστό.

2) ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

15G-1,2cm έως 4,5cm

Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές, από μη πυρετογόνα υλικά, συσκευασία ατομική, αποστειρωμένη. Επί του άξονος τυπωμένη βαθμονομημένη κλίμακα(μέτρηση βάθους), και οπωσδήποτε σταθεροποιητή βάθους. Να επιτρέπεται η σύνδεση με όλες τις κοινές σύριγγες μιας χρήσης. Να μην λυγίζει και να μην σπάει κατά

Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δείγματα.

Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων

ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Το σετ να περιλαμβάνει:

1. Βελόνα επισκληριδίου Tuochy
 - a. Με μήκος 80 mm/ 18 G
 - b. Βαθμονομημένη κατά μήκος της για καλύτερο προσδιορισμό του βάθους της
 - c. Να φέρει πτερύγια στο ένα της άκρο για ευκολότερη εισαγωγή της στον επισκληρίδιο χώρο
 - d. Να φέρει μηχανισμό κλειδώματος της υπαραχνοειδούς βελόνας πάνω στην επισκληρίδιο βελόνα
 2. βελόνα υπαραχνοειδούς αναισθησίας
 - a. να έχει μήκος ικανό ώστε να εισάγετε μέσα από την Tuochy και με διάμετρο 27G μήκος 127mm
 - b. να είναι ατραυματική (Sprotte)
 - c. να κλειδώνει πάνω στην Tuochy
 3. καθετήρα για τοποθέτησή του στον επισκληρίδιο χώρο μέσα από την βελόνα Tuochy
 - a. το ένα του άκρο να είναι αμβλύ, μαλακό και τυφλό και να φέρει πολλαπλές σπές
 - b. να είναι ακτινοσκιερός
 - c. να είναι βαθμονομημένος κατά μήκος για καλύτερο έλεγχο του βάθους του
 4. να έχει αυτοκόλλητο σθηκτικό του καθετήρα και του φίλτρου πάνω στο δέρμα
 5. να έχει φίλτρο παγίδευσης αέρα και να είναι και αντιμικροβιακό
- το σετ να είναι αποστειρωμένο και να είναι μιας χρήσης

Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δείγματα.

Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων

- Να είναι λείες και καθαρές εσωτερικά και εξωτερικά απαλλαγμένες από σημάδια ή προεξοχές.
- Η στεγανή προσαρμογή της βελόνας πρέπει να εξασφαλίζεται κατά την αποστείρωση και αποθήκευση.
- Το μέγεθος προσδιορίζεται α) από την ονομαστική εξωτερική διάμετρο του σωλήνα που εκφράζεται σε mm, β) το ονομαστικό μήκος της βελόνας που εκφράζεται σε mm, μετρείται δε από την κορυφή του αιχμηρού άκρου μέχρι την σύνδεση της κεφαλής (να δηλώνεται επίσης το λεπτό τοίχωμα της βελόνας εάν έχει).
- Μεγέθη βελονών και κωδικός χρώματος:

Ονομαστ. mm	Εξωτ. Διάμετρος gange	Χρώμα	Ονομαστ. μήκος σωλήνα σε mm
0,5	25	πορτοκαλί	12-16
0,6	23	μπλε	25-30
0,8	21	πράσινο	25-40-50
1,1	19	γαλακτόχρου	40

Η πλαστική κεφαλή της βελόνας πρέπει να εφάπτεται αεροστεγώς στη σύριγγα, να είναι κατασκευασμένη από άχρωμο ή έγχρωμο υλικό (το έγχρωμο πρέπει να είναι σύμφωνα με τον πίνακα) το δε κάλυμμα επίσης άχρωμο ή έγχρωμο (ισχύει το αυτό και για το έγχρωμο κάλυμμα).

Το υλικό κατασκευής του σωλήνα να είναι ανοξείδωτος χάλυβας χωρίς μαγνητικές ιδιότητες, ευθύς και χωρίς ελαττώματα κατασκευής.

Το αμβλύ άκρο της βελόνας να είναι αιχμηρό, η δε γωνία που σχηματίζει το αμβλύ άκρο με την οριζόντια γραμμή κατά μήκος του κέντρου του σωλήνα να έχει ονομαστική τιμή γωνίας $12 \pm 2^{\circ}$

Η εξωτερική διάμετρος και η ελάχιστη διάμετρος του αυλού της βελόνας πρέπει να είναι:

Όνομαστ. mm	Εξωτ. gange	Εξωτ.Διάμ.σε mm		Εσωτερική Διάμετρος Ελαστική
		Ελάχιστη	Μέγιστη	
0,5	25	0,50	0,53	0,24
0,6	23	0,62	0,65	0,32
0,8	21	0,80	0,83	0,49
1,1	19	1,03	1,10	0,65

ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΥΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΜΗ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

Μ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ