



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα:16/09/2019  
Αρ.Πρωτ.:9384

**Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Τμήμα: Οικονομικό  
Πληρ.: Ε.Περιστέρα  
Τηλ.: 2682361308  
Φαξ: 2682024837  
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  
MAIL:eleni.peristera@prevezahospital.gr

**ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας υγειονομικού υλικού (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ PORT-A-CATH) .

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΕΜΠΤΗ **19-09-2019** σε κλειστό φάκελο , ή με mail έως τις 11 πμ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 60,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για τον ΚΑΕ 1311.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών ([www.epromy.gr](http://www.epromy.gr)) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:  
**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.**

| A/A | Περιγραφή Είδους                         | ΠΟΣΤ/ΤΕΜ | Τιμή Μον. | ΠΡΟ Φ.Π.Α | Φ.Π.Α | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α | ΚΩΔ/ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤ. |
|-----|--|----------|-----------|-----------|-------|-----------------|------------------|
| 1   | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ PORT-A-CATH 20 G | 20       |           |           |       |                 |                  |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**6. Βελόνες γωνιακές κεκαμμένες 90 μοιρών τύπου Huber** για χρήση σε εμφυτεύσιμα port. Να φέρουν προέκταση πολυουρεθάνης (αδρανές υλικό στη χημειοθεραπεία) μήκους 30εκ με άκρο luer-lock, δύο διακόπτες ροής (σφιγκτήρες) και επιπλέον μία είσοδο εγχύσεων με αντιμικροβιακό συνδετικό (πώμα autoflush) που αποτρέπει ανάστροφη ροή αίματος και απόφραξη του καθετήρα με θετική πίεση, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης στα 350psi (24bar). Να προσφερθούν σε μεγέθη:

α) 20G κίτρινο hub, μήκους 15mm, 20mm, 25mm και 30mm

Να είναι LATEX-free & DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένες.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**